



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT nr. 21080829/02/01 de achiziționare a dispozitivelor medicale

„25” Septembrie 2023

mun. Chişinău  
(localitatea)

| Vînzător  | Beneficiar  |  |
|---|---|--|
| <p><b><u>Aelo Grup SRL</u></b><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director Rodica ȚURCAN</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza</p> <p><b>statutului</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit(ă) în continuare Vînzător</b></p> <p><b>IDNO 1011600009752</b><br/>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> | <p><b><u>IMSP Policlinica Stomatologică Republicană</u></b><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director Ina CARPOVICI-CAITAZ</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza</p> <p><b>Regulamentului</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit(ă) în continuare Beneficiar</b></p> <p><b>IDNO 1003600150118</b><br/>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> | <p><b><u>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</u></b><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p><b>reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG</b><br/>(funcția, numele, prenumele)<br/>care acționează în baza</p> <p><b>Regulamentului de organizare și funcționare</b><br/>(statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p><b>denumit în continuare Centru</b></p> <p><b>IDNO 1016601000212</b><br/>(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)</p> |

denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Achiziția dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, pentru anul 2023, denumite în continuare *Bunuri*, conform Licitatie deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1684504679929, în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din „15” septembrie 2023.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- a) Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1;
- b) Garanția de bună execuție în mărime de **5%** din suma totală a contractului cu TVA – anexa nr.2;
- c) Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.
- d) declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani anexa nr. 4.

3. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Centru, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Bunurile, Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile Contractului.

5. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rândul său, să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilite de prezentul Contract.

## **CONDIȚII SPECIALE**

### **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile, Beneficiarului în cantitatea și sortimentul prevăzut în Specificația din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător și să transfere Centrului mijloacele financiare pentru bunurile recepționate, iar Centrul se obligă la rândul său să achite.

1.3 Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta **Certificate de calitate / Standarde de referință** indicate în Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

**1.4. Termenele de garanție ale Bunurilor, va fi nu mai mic de 24 luni din data livrării/instalării conform Specificației Nr.2 (Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat) – anexa nr.3.**

### **2. Termenele și condițiile de livrare**

**2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.**

**2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:**

- **factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,**
- **Certificatele de calitate indicate în Specificații;**

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Centrului (**factura fiscală și actul de predare-primire**) și Beneficiarului (**factura fiscală și actul de predare-primire**) cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sânt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau majorare argumentată a cantității de Bunuri în limitele prevederilor legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, informînd despre aceasta Vînzătorul și Centru cu 10 zile înainte de livrare.

2.4. La livrarea Bunurilor de către Vînzător Beneficiarului, aceștia semnează **factura fiscală și actul de predare-primire**, care urmează a fi prezentat de către Vînzător Centrului și care servește temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale actului de predare primire și recepționării de către Centru a actului de predare primire.

### **3. Prețul Contractului și condițiile de plată**

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din anexa nr.1 a prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **474 072 (Patru sute șaptezeci și patru mii șaptezeci și doi 00) lei.**  
*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, în lei moldovenești, prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, **Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare, în termen de 30 zile după prezentarea facturii fiscale și actului de predare primire de către CAPCS.**

Dovada achitării plăților pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat.

3.4. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

### **4. Condițiile de predare-primire**

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor transmise corespunde informației indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1 și sînt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în punctul 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespund informației indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1 și Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

4.2. Vînzătorul este obligat, în prima zi de vineri, după livrarea Bunurilor, să prezinte Centrului, pentru efectuarea plății, un exemplar original al facturii fiscale și a actului de predare-primire semnat de Beneficiar. În cazul nerespectării

de către Vânzător a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3 din prezentul Contract.

## 5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Vânzător în propunerea sa tehnică, Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3.

## 6. Obligațiile Părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a. să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b. să anunțe Beneficiarul, în decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c. să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract - Specificația Nr.2 (Specificațiile tehnice a bunurilor licitate) – anexa nr.3;
- d. să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar;
- e. să livreze și să instaleze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale;

precum și:

- a) să garanteze cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 24 de luni garanție **cu mentenanță** din data livrării și/sau instalării/dării în exploatare conform Specificației Nr.2 (Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat) – anexa nr.4.
- b) să reacționeze timp de 30 min sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice.
- c) să organizeze, pe perioada de garanție, inspecții planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al furnizorului. Fiecare eveniment de acest fel va fi urmat de un raport în scris.
- d) la solicitarea beneficiarului, de a efectua instruirea personalului cu asumarea tuturor cheltuielilor cu privire la instalarea și utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului
- a) să livreze echipamente neutilizate ce corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat, iar anul producerii produsului este nu mai vechi de 2022.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să transfere Centrului, în cel mult **15 zile** de la momentul semnării facturii fiscale, sumele bănești pentru achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să nu recepționeze dispozitive medicale neînregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

d) să înregistreze contractul la Trezoreria de Stat, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

6.3. În baza prezentului Contract, Centru se obligă:

a) să achite suma prevăzută în contract după recepționarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

b) să asigure supravegherea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

c) să aplice și să încaseze penalități de la Vânzător conform pct. 9.2., 9.8 și 9.9.

## **7. Justificarea datorită unui impediment**

7.1. Neexecutarea obligației părților contractante este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului ei și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii.

7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, creditorul poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celeilalte părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. Impedimentul justificator nu exonerează debitorul de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când partea nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

## **8. Rezoluțiunea Contractului**

8.1. Prin efectul rezoluțiunii se sting obligațiile nestinse rezultate din contract sau partea relevantă a acestor obligații.

8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către partea îndreptățită prin declarație scrisă notificată celeilalte părți contractante.

8.3. Rezoluțiunea pentru neexecutare are loc dacă neexecutarea obligației contractuale este esențială. Este esențială în unul dintre următoarele cazuri:

a) refuzul vânzătorului de a vinde bunurile prevăzute în prezentul contract;

b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenilor de plată pentru bunurile livrate;

c) nerespectarea de către Vânzător a termenilor de livrare a bunurilor;

d) nesatisfacerea de către una dintre părțile contractului a pretențiilor înaintate conform prezentului contract,

8.4. Partea care declară rezoluțiunea păstrează dreptul la despăgubirile sau penalitățile acumulate la data rezoluțiunii și, suplimentar, are aceleași drepturi la

despăgubiri sau penalități pe care le-ar fi avut dacă obligațiile stinse prin efectul rezoluțiunii ar fi fost neexecutate.

## **9. Reclamații și sancțiuni**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării Bunurilor în termen de 5 zile calendaristice de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea. În caz de încălcare a termenului de informare stipulat în prezentul punct, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a bunurilor nelivrate.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 15 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de organismul de evaluare a conformității ori de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.4. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organismul de evaluare a conformității, cheltuielile de staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, precum și asigurarea mentenanței pe perioada specificata la pct.6.1. lit.f) a. Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 30% din suma Bunurilor nelivrate.

9.9. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice de întîrziere, penalitatea constituie 0,1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere;

b) pentru următoarele zile de întîrziere, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întîrziere.

9.10. Pentru transferul cu întîrziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.

9.11. Pentru achitarea cu întîrziere a mijloacelor financiare către Vînzător, Centrul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor neachitate.

9.12. Vânzătorul este exonerat de obligația privind livrarea Bunurilor în caz de suspendare sau excludere a înregistrării informației din Registrul de stat al dispozitivelor medicale, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

## **10. Drepturile de proprietate intelectuală**

10.1. Vânzătorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

b) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de Centru.

## **11. Dispoziții finale**

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de toate Părțile și aprobate corespunzător.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Centru și Beneficiar.

11.6. **Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către CAPCS. Contractul se înregistrează în mod obligatoriu în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Contractul care nu este înregistrat în modul stabilit nu are putere juridică.**

Prezentul contract este valabil : 6 luni din data aprobării contractului de către CAPCS.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat astăzi, **25 Septembrie 2023**.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

| <b>Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:</b>       |  |   |
|--|--|---|
| <b>Vînzătorul</b>  | <b>Beneficiarul</b>                                    | <b>Autoritatea Contractantă</b>   |
| <b>Aelo Grup SRL</b>   | <b>IMSP Policlinica Stomatologică Republicană</b>      | <b>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</b>  |
| Adresa poștală:<br>mun. Chișinău, str. Petru Movilă 23/5 ap. 3 | Adresa poștală:<br>Or. Chisinau, Str. V. Pircalab, 17  | Adresa poștală:<br>Oficiul central:<br>MD-2005, Republica Moldova,<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2<br>Adresa juridică:<br>mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2                      |
| Telefon: 022 022601491/061033933 ,<br>aelogrup@gmail.com       | Telefon: 022 022-53-73,22-69-05 ,<br>imsppsr@gmail.com | Telefon: (068) 99 84 27<br>(068) 99 84 26<br>(068) 99 84 28<br>(068) 99 84 25<br>E-mail:monitorizare@capcs.gov.md<br>office@capcs.gov.md<br>medicamente@capcs.gov.md<br>Site: http://capcs.md |
| IBAN:<br>MD94EX0000002251829904MD                              | IBAN:<br>MD05ML000000002251232692                      | IBAN:<br>MD75TRPCCC518430C01859AA   |
| Banca:<br>B.C. "EXIMBANK" S.A.,<br>Sucursala nr. 20            | Banca:<br>MF-Trezoreria de Stat                        | Banca:<br>MF-TR Chisinau-bugetul de stat  |
| Cod fiscal:<br>1011600009752                                   | Cod fiscal:<br>1003600150118                           | Cod fiscal:<br>1016601000212  |
| Codul bancii:<br>EXMMMD22                                      | Codul bancii:<br>TREZMD2X                              | Codul bancii:<br>TREZMD2X   |
| <b>Semnăturile Părților</b>                                    |  |   |
| Semnătura autorizată:  | Semnătura autorizată:                                  | Semnătura autorizată:   |
|  |  |   |
| L.Ș.   | L.Ș.   | L.Ș.  |
|  | Contabil   |   |
|  | Înregistrat: nr.                                       |   |
|  | Trezoreria   |   |
|  | Data:  |   |



## SPECIFICAȚIE Nr.1

(Lista bunurilor)

| Cod CPV      | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor   | UM     | Cantitate | Preț fără TVA | Preț cu TVA  | Suma fără TVA | Suma cu TVA  |
|--------------|--|--------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Nr Lot       | Termenul de livrare  |        |           |               |              |               |              |
| 3310000-1    | <b>Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avan</b>  | Bucată | 1,00      | 57 600,0000   | 69 120,0000  | 57 600,0000   | 69 120,0000  |
| 3            | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |        |           |               |              |               |              |
| 3310000-1    | <b>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)</b>  | Bucată | 2,00      | 133 330,0000  | 159 996,0000 | 266 660,0000  | 319 992,0000 |
| 5            | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |        |           |               |              |               |              |
| 3310000-1    | <b>Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390</b>  | Bucată | 2,00      | 35 400,0000   | 42 480,0000  | 70 800,0000   | 84 960,0000  |
| 6            | Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |        |           |               |              |               |              |
| <b>TOTAL</b> |  |        |           |               |              | 395 060,0000  | 474 072,0000 |

**Vinzătorul:**

Aelo Grup SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

L.Ș.

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

## SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

| Nr. d/o   | Cod CPV   | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor  | Țara și Producătorul | Certificate de calitate / Standarde de referință |
|---|-----------|---|----------------------|--|
|   |           | Modelul articolului   |                      |  |
| Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]                                     |           |   |                      |  |
| 1   | 3310000-1 | <b>Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avan</b><br>Model S5 | China,Comen          | DM000633391                                      |
| <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]</b>                              |           |   |                      |  |
| Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) Cod 130420   |           |   |                      |  |
| Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază                                |           |   |                      |  |
| Parametrul Specificația   |           |   |                      |  |
| Defibrilator Selectarea energiei adult 50-360 bifazic;da -1-360J pag 3 fișa tehnica 2-20 pediatric/nou-născut da -1-360J pag 3 fișa tehnica |           |   |                      |  |
| Controlul padelelor Încărcare da pag 3 fișa tehnica descărcarea energiei da pag 3 fișa tehnica  |           |   |                      |  |
| Forma de undă la ieșire bifazic da- pag 3 fișa tehnica  |           |   |                      |  |
| Sincronizator da pag 3 fișa tehnica   |           |   |                      |  |
| Display   |           |   |                      |  |
| Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III da-p-ag 2 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da -pag 3 fișa tehnică;  |           |   |                      |  |
| Afișarea ritmului cardiac da pag 2 fișa tehnică   |           |   |                      |  |
| Alarmer ale ritmului cardiac da pag 2 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Frecvența de lucru 0.67-40 Hz da- pag 4 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Indicator de abateri a derivatilor cardiace da- pag 2/3 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Modul ECG Captarea semnalului ECG prin cablu cu 3 electrozi da pagina 2 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Diapazon Adult: 15~300bpm   |           |   |                      |  |
| Pediatric:15~350bpm pagina 4 fișa tehnică   |           |   |                      |  |
| Protecție în potriiva șocurilor de defibrilare $\geq 360$ J da pag 2 fișa tehnică   |           |   |                      |  |
| Mesaje de alarmă da- pag 2 gișa tehnică   |           |   |                      |  |
| Imprimantă pentru ECG Viteza hîrtiei 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec da pag 3 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Imprimantă termică încorporată da pag 3 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Printare auto sau manuală da- pag 3 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| Adnotări ora da pag 2 fișa tehnică  |           |   |                      |  |
| data da   |           |   |                      |  |

derivația da  
 ritmul cardiac da  
 modul de operare da  
 forma undei descărcate da  
 funcția sumară da  
 Memorie  
 Memorie internă sau posibilitatea de instalare card de memorie da- pag 2 fișa tehnică  
 Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj ȃ- pag 2 fișa tehnică  
 Capacitatea de stocare  $\geq 2$  ore da pag 2 fișa tehnică:  
 Eveniment de alarmă:200 de grupuri;  
 Profiluri de pacient: 100 de grupuri;  
 Evenimente pacient:1000 de grupuri;  
 Analiza valului: 16,6 ore;  
 Revizuirea NIBP: 2000 de grupuri;  
 Graficul tendinței: 160 de ore;  
 Tabel de tendințe: 160 de ore;  
 Înregistrare vocală: Max 240 min total  
 Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da pag 2 fișa tehnică  
 Baterie internă reîncărcabilă da pag 2 fișa tehnică  
 Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă da - 6 ore/210 descarcari  
 Greutatea cu accesorii 5,6 kg  
 Accesorii  
 Padele Adult, reutilizabile 1 set.  
 Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) 1 set.  
 Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc.  
 Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc.  
 Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc.  
 Hîrtie termică 5 buc.  
 Gel de contact 250 ml

|   |           |   |            |                         |
|---|-----------|---|------------|-------------------------|
| 2 | 3310000-1 | <b>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)</b> | China,Edan | DM000577954 DM000620044 |
|   |           | Model IX15  |            |                         |

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

conform anexei nr. 4

|   |           |   |                                   |             |
|---|-----------|---|-----------------------------------|-------------|
| 3 | 3310000-1 | <b>Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390</b> | Turcia,SCHRÖD ER HEALTH PROJECT S | DM000633257 |
|   |           | Model WANS4040  |                                   |             |

**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]**

Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) – Da  
 Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Da Broșură;  
 Parametrul Specificația

Tip multifuncțional cu 5-6 poziții - Da Broșură;

Tip pacient adult Da Broșură;

Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice – Da Broșură;

Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg Da Broșură;

poziționare anti-Trendelenburg Da Broșură;

Controlul de către asistentă Blocarea control pacient - Da Broșură;

Greutatea maximă a pacientului Cadru pentru etichetă pe spetează - 270kg Broșură;

Înălțime Ajustabilă – 80 cm Broșură;

Rotile Diametru - 15 cm Broșură;

Sistem de blocare la minim 2 roțile - Da Broșură ;

Parapete de protecție laterale – Da Broșură;

Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională - Da Broșură;

Alimentare 220 V, 50 Hz - Da Broșură;

Saltele lavabile ortopedică - Da Broșură

**Vînzătorul:**

Aelo Grup SRL

L.Ș.

**Beneficiarul:**

IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

L.Ș.

**Centrul:**

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

| Denumire Dispozitiv  | Cantitate  | Specificatia ceruta                 | Specificatia Oferita  | Note de reper      |
|--|--|-------------------------------------|---|--------------------|
| Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric) | 2  |                                     |   |                    |
| Parametri Tehnici  |  |                                     |   |                    |
| Tip pacient:   | Adult, pediatric, neonatal.  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
| Tip Display:   | Diagonală ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen   | Da                                  | 15,6 inch LCD TFT or LED, Touchscreen   | Datasheet pag. 1   |
| Numărul de curbe afișate simultan:   | între 3 și 12 minim  | Da                                  | max 12  | Datasheet pag. 1   |
| Parametri afișați  | ECG  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Puls   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | SpO2   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Fotopletișmograma  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Tensiunea arterială neinvazivă   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Tensiune arterială invazivă  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Capnografie  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Temperatura  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Analiza automată a undei ST Tendințe ST  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Medie în analiza segmentului ST  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
| ECG modul  | Colectarea semnalului ECG prin cablu cu 3 și 5 electrozi                                 | Da                                  | 3 și 5  | Datasheet pag. 1   |
|  | Derivații: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
|  | Sensibilitate: 2,5 - 40 mm/mV  | Da                                  | 1,25-40mm/mV  | Datasheet pag. 1   |
|  | Interval de respingere în modul comun: la 50 Hz ≥ 100 dB                                 | Da                                  | la 50Hz 105 dB  | Datasheet pag. 1   |
|  | Ritmul cardiac: 15 - 300 bpm   | Da                                  | Adult 15-300 bpm ,Ped/Neo. 15-350bpm  | Datasheet pag. 1,2 |
|  | Detectarea aritmiei  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 2   |
| SpO2 modul   | Detectarea pacemaker   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
|  | Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm  | Da                                  | 0-200rpm  | Datasheet pag. 2   |
|  | Protecție împotriva socurilor de defibrilare   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
|  | Interval 1 - 100%  | Da                                  | 1 - 100%  | Datasheet pag.3    |
|  | Precizie la 70 - 100% ± 2%   | Da                                  | 70 - 100%, 2%   | Datasheet pag.3    |
|  | Monitorizarea pulsului 20 - 300 bpm  | Da                                  | 20 - 300 bpm  | Datasheet pag.3    |
| NIBP modul   | Monitorizare pletismogramă   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Indicați tehnologia modului SpO2 și a senzorului utilizat (exemplu: masimo, nelcor etc.) |                                     | Producator Nellcor / Modele MAX   | Datasheet pag.3    |
|  | Interval 10 - 300 mmHg   | Da                                  | 0-300mmHg   | Datasheet pag. 2   |
|  | Mod de măsurare: manual, automat, buton Start  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 2   |
|  | Mod automat: 5, 10, 15, 30, 60, 120 min.   | Da                                  | 1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 min sau setare individuala   | Datasheet pag. 2   |
|  | Buton de activare/dezactivare manuală a NIBP   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1-5 |
|  | Metoda de măsurare: oscilometrică  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 2   |
|  | Regimul pacientului: adult, pediatric, neonatal  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 2   |
|  | Protecție la suprapresiune în regimul pacientului adult 300 mmHg                         | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 2   |
|  | Protecție la suprapresiune în regimul pacientului pediatric 240 mmHg                     | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 2   |
| IBP modul  | Interval: -50 ... +320 mmHg  | Da                                  | -50, ,400mmHg   | Datasheet pag.3    |
|  | Precizie: ± 1 mmHg   | Da                                  | ± 1mmHg   | Datasheet pag.3    |
|  | Sensibilitate de intrare: 5uV/mmHg   | Da                                  | Da  | Datasheet pag.3    |
|  | Monitorizarea undei IBP  | Da                                  | Da  | Datasheet pag.3    |
| Modul Capnografie (CO2)  | Interval: 0 - 100 mmHg   | Da                                  | 0 - 150 mmHg  | Datasheet pag.3    |
|  | Frecvență respiratorie: 0 - 150 rpm  | Da                                  | 0 - 150 rpm   | Datasheet pag.3    |
|  | Temp de înregistrare a apneei 5 - 60 s   | Da                                  | Da  | Datasheet pag.3    |
|  | Monitorizarea unui CO2   | Da                                  | Da  | Datasheet pag.3    |
| Modul Temperatura  | Interval: 0 - 50,0 °C  | Da                                  | 0 - 50,0 °C   | Datasheet pag.3    |
|  | Rezoluție: 0,1 °C  | Da                                  | 0,1 °C  | Datasheet pag.3    |
|  | Numar de senzori: 1 unitate.   | Da                                  | 1 unit  | Datasheet pag.3    |
| Funcții generale Soft  | Protocoloale de lucru preprogramate  | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Protocoloale de lucru stabilite de utilizator  | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Memorie internă  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
|  | Evenimente în tendințe   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
|  | Arhivarea datelor  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
| Forme de raportare   | Imprimantă încorporată   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
|  | Viteza de înregistrare 25, 50 mm/s   | Da                                  | 12,5, 25, 50mm/s  | Datasheet pag. 1   |
|  | Înregistrare continuă  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
| Alimentarea rețea electrică  | Înregistrare preprogramată și personalizată  | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
|  | Sursa de alimentare 220 V, 50 Hz   | Da                                  | Da  | Datasheet pag. 1   |
| Baterie internă cu baterie autonomă timp de lucru de minim 2 ore                                     | Baterie internă cu baterie autonomă timp de lucru de minim 2 ore                         | Da                                  | Da > = 5 ore  | Datasheet pag. 1   |
|  | Interfața de conectare la monitorul central  | Ethernet / wireless / RS-232 / etc. | Da  | LAN / Wi-Fi        |
| Alarmer  | Alarmă vizuală, manșetă sonoră deconectată   | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Manșeta defectă  | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Senzorul SpO2 deconectat   | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Senzor SpO2 defect   | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Alarmă SpO2 scăzut / ridicat   | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | nivel scăzut al bateriei   | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Alarme de ritm cardiac scăzut / ridicat  | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Fără sursă de alimentare externă   | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Butonul de dezactivare/aniulare a sunetului alarmei                                      | Da                                  | Da  | User manual        |
|  | Reglaj nivelului alarmei   | Da                                  | Da  | User manual        |
| Accesorii  |  |                                     |   |                    |
| ECG modul  | Cablu ECG  | cu 3 electrozi                      | 1 buc. da   |                    |
|  | Electrozi ECG  | adult, unică utilizare              | 1 buc. da   |                    |
| SpO2 modul   | Senzor SpO2  | pediatric, unică utilizare          | 300 buc.  |                    |
|  |  | adult, reutilizabil tip clește      | 300 buc.  |                    |
| Modul termic   | Senzor Temperatură   | pediatric, reutilizabil             | 2 buc.  |                    |
|  |  | reutilizabil                        | 2 buc.  |                    |
| NIBP   | Manjete  |                                     | 1 buc.  |                    |
|  |  |                                     | Manjete adult mediu, adult mare reutilizabile (1 set/3buc) 2 set. pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1 set/3buc) 2 set. |                    |
| Printer  | Hirtie termică   |                                     | 10 buc.   |                    |
| IBP modul  | Circuite pentru IBP  |                                     | adult unică utilizare 5 set.  |                    |
| CO2  | Circuite pentru Capnografie (CO2)  |                                     | pediatric, unică utilizare 5 set.   |                    |
|  |  |                                     | adult, unică utilizare 10 set.  |                    |
| Troleu   |  |                                     | pediatric, unică utilizare 10 set.  |                    |
|  |  |                                     | Trolu pe roțile Model M01   |                    |
|  |  |                                     | min. 5 roțile da  |                    |
|  |  |                                     | min. 2 roțile cu frână da   |                    |
|  |  | cu neutru accesibil da              |   |                    |
|  |  | miner pentru transportare da        |   |                    |
|  |  |                                     | sistem de fixare a dispozitivului de suport da  |                    |