



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 260119137-0503-0446 de achiziționare a dispozitivelor medicale I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I) și (partea II)

Cod CPV: 33100000-1

19.01.2026

mun. Chișinău
(localitatea)

Furnizor/Prestător	Beneficiar	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
<u>Life Med SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Corina BĂICUȘ (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare Vînzător IDNO 1014600035666 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	<u>IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Oleg CRUDU (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare Beneficiar IDNO 1003600152592 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	<u>Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit în continuare Centru IDNO 1016601000212 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

A. Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I) și (partea II),

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităției deschise :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1758113424534/1758113719137,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 01.12.2025

B. Documente vor fi considerate părțile componente și integrante ale Contractului:

- a) specificația tehnică;
- b) specificația de preț;
- c) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, valabilă până la 31.01.2027;
- d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
- e) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.

C. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

D. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar prin intermediul Centrului, Furnizorul/Prestatorul se obligă să livreze bunurile/serviciile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

E. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar, Centrul se obligă să vireze Furnizorului/Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului, în termenele și în modalitatea stabilite de prezentul Contract.

1. Obiectul Contractului.

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta bunurile/serviciile conform specificației tehnice și specificației de preț, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului prețul pentru bunurile/serviciile recepționate și să recepționeze bunurile/serviciile livrate/prestate de Furnizor/Prestator.

1.3. Centrul după recepționarea mijloacelor financiare pentru bunurile/serviciile recepționate de la beneficiar, se obligă să transmită mijloacele financiare pentru bunurile/serviciile livrate/prestate către Furnizor/Prestator.

1.4. Calitatea bunurilor/serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile/serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Dacă nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.5. Termenul de garanție [valabilitate, după caz] al bunurilor/serviciilor, la data livrării, este indicat în specificația tehnică și de formare a prețului.

2. Termenele și condițiile de livrare.

2.1. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.

2.2. Documentația de însoțire a bunurilor/serviciilor include:

- Factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor/serviciilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității de bunuri/servicii în limitele prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, informând despre aceasta, cu 30 de zile înainte de livrare, Furnizorul/Prestatorul și Centrul.

2.4. La livrarea bunurilor/serviciilor de către Furnizor/Prestator Beneficiarului, aceștia semnează actul de predare-primire și factura fiscală, care urmează a fi prezentate de către Furnizor/Prestator Centrului și care servesc drept temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării bunurilor/serviciilor se consideră data semnării actului de predare-primire și a facturii fiscale.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată.

3.1. Prețul bunurilor/serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația Contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 7 183 740(Șapte milioane o sută optzeci și trei mii șapte sute patruzeci 00) lei.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 15 zile de la data semnării actului de predare primire a bunurilor și a facturii fiscale.

3.4. Achitarea plăților pentru bunurile/serviciile livrate se va efectua de către Centru în lei moldovenești, în termen de 15 zile de la recepționarea mijloacelor financiare de la Beneficiar și a facturilor fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1. Bunurile/serviciile se consideră livrate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea bunurilor/serviciilor transmise corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și în graficul livrării/bonului de comandă și sunt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în pct. 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în specificație;

c) ambalajul și/sau integritatea bunurilor/serviciilor corespund informației indicate în specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Centrului un exemplar original sau format XML al facturii fiscale și al actului de predare-primire (după caz) odată cu livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de

către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct. 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde.

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor/Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. În cazul în care nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a bunurilor/serviciilor.

6. Obligațiile Părților.

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze bunurile/serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea bunurilor/serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea bunurilor/serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării, în termenele stabilite, a bunurilor/serviciilor livrate în corespundere cu cerințele Contractului;
- b) să asigure transferul mijloacelor financiare Centrului pentru bunurile/serviciile livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:

- a) să achite suma prevăzută în Contract, după recepționarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- b) să asigure verificarea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să rețină garanția de bună execuție în cazul neexecutării integrale a contractului;
- d) să aplice și să încaseze penalități de la Furnizor/Prestator conform pct. 10.2 și 10.3.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului.

7.1. Neexecutarea obligației Părților contractante se justifică dacă aceasta este cauzată de un impediment în afara controlului ei și dacă Părțile nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii Contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat, în mod corespunzător, de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celorlalte Părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. În cazul în care în circumstanțele ce justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv termenele de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

8. Rezoluțiunea Contractului.

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către Partea îndreptățită prin declarație scrisă, notificată celeilalte Părți contractante.

8.3. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenelor de plată pentru bunurile/serviciile livrate/prestate;
- c) nerespectarea de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor;
- d) nesatisfacerea de către una dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.4. Centrul/Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la data atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.5. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, celeilalte Părți despre intențiile ei, printr-o scrisoare motivată.

8.6. Partea înștiințată este obligată să răspundă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, Partea inițitoare va emite declarația de rezoluțiune.

9. Reclamații.

9.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la data recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării/prestării bunurilor/serviciilor în termen de 5 zile de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate, în termen de 15 zile de la depistarea deficiențelor de calitate, sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului și trebuie confirmate prin probe concludente, pertinente și suficiente.

9.4. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor/serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin probe concludente, pertinente și suficiente, cheltuielile de staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni.

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Centru, este prin scrisoare de garanție bancară sau pe contul trezorerial al Centrului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a bunurilor/serviciilor, Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;

b) pentru următoarele zile, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

10.4. În cazul în care întârzierea depășește 60 de zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Centrului o explicație în formă scrisă. Dacă Centrul și Beneficiarul acceptă, Furnizorului/Prestatorului i se va acorda un termen suplimentar de livrare, în caz contrar, se va considera ca refuz de a vinde/presta bunurile/serviciile, iar Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate în valoare de 15% din suma bunurilor/serviciilor contractate nelivrate/neprestate.

10.5. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul achită Furnizorului/Prestatorului o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.6. Pentru transferul cu întârziere către Furnizor/Prestator din momentul recepționării mijloacelor financiare de la Beneficiar, Centrul achită o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.7. Furnizorul/Prestatorul este exonerat de obligația privind livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor în caz de suspendare sau retragere a certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative.

11. Drepturile de proprietate intelectuală.

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva:

- a) oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;
- b) oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de Centru.

12. Dispoziții finale.

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare instanței de judecată competente, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele întocmite anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost redactate în scris, au fost semnate de Părți și aprobate corespunzător.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba română – câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Beneficiar și Centru.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către Centru, dar nu mai devreme de 01.01.2026, fiind valabil până la 31.12.2026. Contractul obligatoriu se înregistrează în una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat la data indicată pe acesta.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova la data și anul indicate mai sus.

II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

1. Condiții speciale privind recepționarea bunurilor.

1.1. Bunurile se consideră livrate, doar la momentul semnării actului de predare primire.

1.2. Vânzătorului este obligat să livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

1.3. Beneficiarul este obligat să recepționeze doar dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

2. Condiții speciale de predare-primire.

2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Incoterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

2.1.1. Obligațiile vânzătorului:

- a) organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;
- b) asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
- c) utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
- d) asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

2.1.2. Obligațiile beneficiarului:

- a) asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;
- b) verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;
- c) confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;
- d) facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

3. Condiții speciale privind garanția bunurilor livrate

3.1. Vânzătorul este obligat să garanteze cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2.

3.2. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice pentru fiecare lot în parte, minim 80% din termenul total de valabilitate a bunului.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:		
Furnizor/Prestător	Beneficiar	Autoritatea Contractantă
Life Med SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tudor Strișcă, 30	Adresa poștală: MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11	Adresa poștală: Oficiul central: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 Adresa juridică: mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2
Telefon: 022 060807745 , Vlas.ion@lifemed.md	Telefon: 022 022441185, 022443148; 022 44-12-64 , scm.sf.treime@gmail.com; achizitii.sf.treime@gmail.com	Telefon: (068) 99 84 27 (068) 99 84 26 (068) 99 84 28 (068) 99 84 25 E-mail:monitorizare@capcs.gov. md office@capcs.gov.md medicamente@capcs.gov.md Site: http://capcs.md
IBAN: MD21AG000000022512407485	IBAN: MD10TRPCBW518430A00362AA	IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA
Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA,, fil. Nr. 16 Chisinau	Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1014600035666	Cod fiscal: 1003600152592	Cod fiscal: 1016601000212
Codul bancii: AGRNMD2X	Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: TREZMD2X
Semnăturile Părților		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.
	Contabil	
	Înregistrat: nr.	
	Trezoreria	
	Data:	

(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Bucată	30,00	2 099,0000	2 518,8000	62 970,0000	75 564,0000
120	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar	Bucată	50,00	1 049,0000	1 258,8000	52 450,0000	62 940,0000
122	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt	Bucată	50,00	1 049,0000	1 258,8000	52 450,0000	62 940,0000
123	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Micro-ghid cateter coronarian	Bucată	50,00	9 999,0000	11 998,8000	499 950,0000	599 940,0000
124	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Bucată	300,00	859,0000	1 030,8000	257 700,0000	309 240,0000
126	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Bucată	10,00	18 000,0000	21 600,0000	180 000,0000	216 000,0000
201	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate	Bucată	300,00	859,0000	1 030,8000	257 700,0000	309 240,0000
129	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	Bucată	150,00	6 700,0000	8 040,0000	1 005 000,0000	1 206 000,0000
131	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Sistem de protectie impotriva emboliilor	Bucată	30,00	13 300,0000	15 960,0000	399 000,0000	478 800,0000
147	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghid metaliz amplatzat super stiff	Bucată	100,00	789,0000	946,8000	78 900,0000	94 680,0000
153	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Bucată	50,00	2 060,0000	2 472,0000	103 000,0000	123 600,0000
202	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire	Bucată	500,00	380,0000	456,0000	190 000,0000	228 000,0000
9	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						

33100000-1	Cateter ghid pentru coronare	Bucată	500,00	799,0000	958,8000	399 500,0000	479 400,0000
114	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Stent pentru artere carotide cu celule închise	Bucată	20,00	8 699,0000	10 438,8000	173 980,0000	208 776,0000
71	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghid utilizat pentru CTO	Bucată	50,00	2 200,0000	2 640,0000	110 000,0000	132 000,0000
61	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Bucată	30,00	1 057,0000	1 268,4000	31 710,0000	38 052,0000
60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghid tip extrasuport	Bucată	50,00	1 200,0000	1 440,0000	60 000,0000	72 000,0000
118	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace	Bucată	15,00	7 699,0000	9 238,8000	115 485,0000	138 582,0000
33	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Bucată	70,00	1 589,0000	1 906,8000	111 230,0000	133 476,0000
26	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Extensie pentru cate-ghiduri	Bucată	75,00	5 799,0000	6 958,8000	434 925,0000	521 910,0000
11	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	Bucată	300,00	760,0000	912,0000	228 000,0000	273 600,0000
10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Bucată	50,00	1 190,0000	1 428,0000	59 500,0000	71 400,0000
119	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Bucată	10,00	65 900,0000	79 080,0000	659 000,0000	790 800,0000
157	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
33100000-1	Cateter pentru trombaspiratie	Bucată	80,00	5 800,0000	6 960,0000	464 000,0000	556 800,0000
161	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026						
TOTAL						5 986 450,0000	7 183 740,0000

Furnizor/Prestător:

Life Med SRL

L.Ș.

Beneficiar:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

L.Ș.

Centru:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara și Producătorul	Certificate de calitate / Standarde de referință
Nr Lot	Modelul articolului		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
33100000-1	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale	Japonia,Asahi	DM000462709; DM000462703; DM000462705; DM000462704; DM000462699; DM000462706; DM000462708; DM000462701; DM000462702; DM000462700; DM000462707; DM000462710
120	ASAHI Gaia series (First, Second, Third) AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P AHW14R011P AHW14R311P		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Construcția din oțel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful. Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârful de 1 mm. Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. Incarcatura vârfului de la 1,7 până la 4,5 gr. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime obligatorie 190, 300 cm Diametru de la obligatorii 0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),			
33100000-1	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	SUA,Abbott	DM000373091; DM000373088; DM000373089; DM000373090; DM000373091; DM000373095; DM000373099; DM000373092; DM000373098; DM000373088; DM000373093; DM000373097
122	HI-TORQUE PILOT 50 1010480-H 1010480-HJ 1010483-H 1010483-HJ HI-TORQUE PILOT 150 1010481-H 1010481-HJ 1010484-H 1010484-HJ HI-TORQUE PILOT 200 1010482-H 1010482-HJ 1010485-H 1010485-HJ		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute
Miez din oțel inoxidabil Durasteel.
Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar.
Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui.
Incarcatura la virf intre 1-1,5 gr.
Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
Diametrul nu mai mare de 0.014”.
Disponibil la lungimi de 190 si 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)

33100000-1	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt		
123	HI-TORQUE PILOT 50	SUA,Abbott	DM000373091; DM000373088; DM000373089; DM000373090; DM000373091; DM000373095; DM000373099; DM000373092; DM000373098; DM000373088; DM000373093; DM000373097
	1010480-H		
	1010480-HJ		
	1010483-H		
	1010483-HJ		
	HI-TORQUE PILOT 150		
	1010481-H		
	1010481-HJ		
	1010484-H		
	1010484-HJ		
	HI-TORQUE PILOT 200		
	1010482-H		
	1010482-HJ		
	1010485-H		
	1010485-HJ		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute
Miez din oțel inoxidabil durasteel.
Acoperire distală hidrofilă pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt.
Prezenta de 2 markeri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui.
Incarcatura la virf intre de 2.7 g pentru suport mediu si de 4.1 g pentru suport sporit.
Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
Disponibil la lungimi de 190 si 300cm
Diametrul nu mai mare de 0.014”.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

33100000-1	Micro-ghid cateter coronarian		
124	ASAHI Corsair® Pro CSR135-26P CSR150-26P Sau ASahi Corsair Pro XS CSR135-21S CSR150-21S Sau ASahi CARAVEL CRV135-19P CRV150-19P	Japonia,Asahi	DM000462689; DM000462690; DM000462688; DM000462691; DM000462692; DM000462693

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Compatibil ghid de 0,014”,
Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm),
Constructie shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe.
Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
lungimi obligatorie de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),. CARAVEL

Diametrul Virful(1.4Fr)distal(1.9Fr)Proximal(2.6Fr)			
33100000-1	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	SUA,Boston Scientific	Emerge SC; DM000221718,DM000221654; DM000221704,DM000221759; DM000221669,DM000221749; DM000221660,DM000221758; DM000221734,DM000221710; DM000221766,DM000221694; DM000221714,DM000221760; DM000221663,DM000221658; DM000221662,DM000221755; DM000221670,DM000221673; DM000221688,DM000221674; DM000221651,DM000221653; DM000221700,DM000221716; DM000221767,DM000221761; DM000221689,DM000221713; DM000221679,DM000221677; DM000221666,DM000221748; DM000221691,DM000221721; DM000221726,DM000221668; DM000221756,DM000221657; DM000221687,DM000221675; DM000221650,DM000221724; DM000221698,DM000221751; DM000221682,DM000221699; DM000221680,DM000221763; DM000221687,DM000221675; DM000221650,DM000221724; DM000221698,DM000221751; DM000221682,DM000221699; DM000221680,DM000221763; DM000221685,DM000221765; DM000221731,DM000221656; DM000221715,DM000221733; DM000221649,DM000221743; DM000221665,DM000221736; DM000221652,DM000221659 DM000221652,DM000221659; DM000221750,DM000221722; DM000221719,DM000221647; DM000221695,DM000221723; DM000221664,DM000221676; DM000221732,DM000221655; DM000221706,DM000221745; DM000221720,DM000221684; DM000221747,DM000221739; DM000221754,DM000221762; DM000221703,DM000221746; DM000221752,DM000221744; DM000221702,DM000221757; DM000221683,DM000221741; DM000221671,DM000221696; DM000221740,DM000221708; DM000221692,DM000221764; DM000221705,DM000221672; DM000221707,DM000221648; DM000221661,DM000221678; DM000221701,DM000221753; DM000221737,DM000221729; DM000221727,DM000221735; DM000221712,DM000221725; DM000221738,DM000221711
126	Emerge SC RX H749 39193 sau 4 pentru push xxxlungime/diametru OTW H749 39195 sau 6 pentru push xxxlungime/diametru		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe			
Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit.			
Profil foarte îngust de 0,017’ cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr.			
Monorail si over the wire.			
Compatibil cu ghid 0,014”.			
Prezența de markeri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului.			
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)			
Dimesiuni obligatorii			
Diametru: 1,2 - 5 mm;			
Lungime disponibile de la 8 la 30 mm.			
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
33100000-1	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	SITA Abbott	DM000640781 DM000640737; DM000640719 DM000640758; DM000640741 DM000640708; DM000640735 DM000640775; DM000640788 DM000640754; DM000640734 DM000640777; DM000640780 DM000640742; DM000640774 DM000640711; DM000640771 DM000640743; DM000640753 DM000640776 DM000640753 DM000640776; DM000640717 DM000640725; DM000640766 DM000640707; DM000640714 DM000640721; DM000640783 DM000640724; DM000640768 DM000640773; DM000640763 DM000640713; DM000640772 DM000640789; DM000640762 DM000640757; DM000640739 DM000640752; DM000640744 DM000640732; DM000640728 DM000640726;

201	Conform specificației tehnice	SCA, AB0001	DM000640787 DM000640785; DM000640770 DM000640723; DM000640761 DM000640706; DM000640755 DM000640779; DM000640791 DM000640760; DM000640746 DM000640740; DM000640767 DM000640782; DM000640747 DM000640722; DM000640733 DM000640709; DM000640718 DM000640745; DM000640759 DM000640764; DM000640720 DM000640778; DM000640738 DM000640729; DM000640750 DM000640756; DM000640727 DM000640748; DM000640730 DM000640769; DM000640715 DM000640712; DM000640731 DM000640716; DM000640784 DM000640786; DM000640710 DM000640790; DM000640749 DM000640736; DM000640751 DM000640765
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Model dispozitiv:			
Supera			
4.5			
42045040-080			
42045060-080			
42045080-080			
42045100-080			
42045120-080			
42045150-080			
5.0			
42050040-080			
42050060-080			
42050080-080			
42050100-080			
42050120-080			
5.5			
42055040-080			
42055060-080			
42055080-080			
42055100-080			
42055120-080			
42055150-080			
42055180-080			
42055200-080			
6.0*			
42060040-080			
42060060-080			
42060080-080			
42060100-080			
42060120-080			
42060150-080			
6.5			
42065040-080			
42065060-080			
42065080-080			
42065100-080			
42065120-080			
42065150-080			
42065180-080			

42065200-080
7.5
42075040-080
42075060-080
42075080-080
42075100-080
4.5
42045020-120
42045030-120
42045040-120
42045060-120
42045080-120
42045100-120
42045120-120
42045150-120
5.0*
42050020-120
42050030-120
42050040-120
42050060-120
42050080-120
42050100-120
42050120-120
5.5
42055020-120
42055030-120
42055040-120
42055060-120
42055080-120
42055100-120
42055120-120
42055150-120
42055180-120
42055200-120
6.0*
42060020-120
42060030-120
42060040-120
42060060-120
42060080-120
42060100-120
42060120-120
42060150-120
6.5
42065020-120
42065030-120
42065040-120
42065060-120
42065080-120
42065100-120
42065100-120

42065120-120
42065150-120
42065180-120
42065200-120
7.5
42075020-120
42075030-120
42075040-120
42075060-120
42075080-120
42075100-120

Specificația tehnică:

Material : super elastic nitinol,
Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta,
Diametre ale stentului: 4, 5; 6, 7, 8 mm,
Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm,
Lungimea shaftului : 80cm,120cm,
Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm),
Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm),
Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Indicat la pagina 3 din brosură atasat
Rata metal/artera în funcție de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm),
Stent Shortening : 0,86%,
Forța radială – circumferențială : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm).
Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr),
Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teacă introductoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit în tratarea leziunilor lungi și puternic calcificate

33100000-1	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	SUA,Boston Scientific	DM000221817; DM000221834; DM000221808; DM000221819; DM000221810; DM000221822; DM000221776; DM000221780; DM000221807; DM000221778; DM000221789; DM000221836; DM000221814; DM000221785; DM000221838; DM000221830; DM000221809; DM000221818; DM000221795; DM000221812; DM000221769; DM000221803; DM000221799; DM000221837; DM000221787; DM000221797; DM000221815; DM000221823; DM000221805; DM000221828; DM000221798; DM000221802; DM000221768; DM000221826; DM000221781; DM000221824; DM000221811; DM000221831; DM000221774; DM000221821; DM000221820; DM000221784; DM000221770; DM000221794; DM000221790; DM000221775; DM000221783; DM000221777 DM000221777; DM000221793; DM000221813; DM000221829; DM000221773; DM000221806; DM000221771; DM000221792; DM000221804; DM000221832; DM000221839; DM000221835; DM000221786; DM000221788; DM000221772; DM000221779; DM000221827; DM000221825; DM000221833; DM000221816; DM000221782; DM000221801; DM000221791; DM000221800; DM000221796
129	Conform specificației tehnice		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Model dispozitiv:

Emerge NC
H7493927606200
H7493927608200
H7493927612200

H7493927615200
H7493927620200
H7493927630200
H7493927606220
H7493927608220
H7493927612220
H7493927615220
H7493927620220
H7493927630220
H7493927606250
H7493927608250
H7493927612250
H7493927615250
H7493927620250
H7493927630250
H7493927606270
H7493927608270
H7493927612270
H7493927615270
H7493927620270
H7493927630270
H7493927606300
H7493927608300
H7493927612300
H7493927615300
H7493927620300
H7493927630300
H7493927606320
H7493927608320
H7493927612320
H7493927615320
H7493927620320
H7493927630320
H7493927606350
H7493927608350
H7493927612350
H7493927615350
H7493927620350
H7493927630350
H7493927606370
H7493927608370
H7493927612370
H7493927615370
H7493927620370
H7493927630370
H7493927606400
H7493927606400
H7493927608400
H7493927612400
H7493927615400
H7493927620400

H7493927630400
H7493927606450
H7493927608450
H7493927612450
H7493927615450
H7493927620450
H7493927606500
H7493927608500
H7493927612500
H7493927615500
H7493927620500
H7493927608550
H7493927612550
H7493927615550
H7493927620550
H7493927608600
H7493927612600
H7493927615600
H7493927620600

Specificația tehnică:

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017``)
Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch.
2 markeri incorporati din platinum iridium.
Compatibil cu cateter ghid de 6 F
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm;
Diametrul balonului 2,0-6,0 mm;
Lungimea balonului 6-30 mm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)

33100000-1	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoză-Everolimus polimer	SITA Scientific	DM000373006,DM000373029,DM000373026; DM000373032,DM000372999,DM000372995; DM000373045,DM000373041,DM000373044; DM000373008, M000373015,DM000373051; DM000373023,DM000372992,DM000372991; DM000373049,DM000373010,DM000373007; DM000373019,DM000373048,DM000373042; DM000373018,DM000373000,DM000373013,;; DM000373014,DM000373012,DM000373047,; DM000373054,DM000372996,DM000373053,; DM000373038,DM000373022 DM000373002,;
------------	---	-----------------	---

131	SYNERGY™ XD H749394170 8220 - xxxx - H749394173 2500 (toate diametre din broșura)	SUA,Scientific	DM000373046,DM000373028,DM000373017,; DM000373027,DM000373009,DM000373031,; DM000373020,DM000373039,DM000373037; DM000373025,DM000373005,DM000373011; DM000373034.DM000373016,DM000373035; DM000373036,DM000373052,DM000372997; DM000373003,DM000373033,DM000373050; DM000373001,DM000373043,DM000372990; DM000373030,DM000373004,DM000372998,; DM000373024,DM000373021,DM000372994; DM000373040,DM00037299
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material Aliaj Platinum Crom. Compatibil RMN. Substanța active-EVEROLIMUS polimer >100 µg/cm2. Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce oferă o distribuție uniformă a substanței medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forța radială sporită, vizibilitate sporită în timpul implantării. Restenoza mică prin vindecarea neointimei. Rata cea mai mică de tromboză intrastent intraspital și la 30 zile postinterventie. Indicat la pacienții cu risc înalt de sîngerare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi obligatorii 8-48mm Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pînă la 1,75 mm de la diametrul inițial. Lungime efectivă obligatorii 140-150 cm (suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni).			
33100000-1	Sistem de protecție împotriva emboliilor		
147	ANGIOGUARD™ RX Embolic Protection Device 701814RE, 501814RE, 801814RE, 601814RE 601814RM pentru coronare	SUA,Cordis	DM000620750,; DM000620748,; DM000620751,; DM000620749; DM000620752 pu coronare
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Filtru distal pentru protecție embolică Utilizabil pentru arterele carotide, coronare și ale membrelor inferioare pagina 4 din broșura • Compatibilitate ghid: 0.014” • 8Fr Ghid/6Fr Teacă compatibilă • Dispozitiv tip „Rapid exchange” • Fir de capturare încorporat de 180cm • 4 markeri radioopaci • Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub formă de plasă, disponibil în 4 variante de mărime: 5, 6, 7. 8 mm • filtru cu pori de 100µ • Crossabilitate excelentă - Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o profil de traversare de la o valoare de pînă la 3,2F			
33100000-1	Ghid metaliz amplatz super stiff		

153	Amplatz Super Stiff™ Guidewire M001465001, M001465011 , M001465021 M001465031 , M001465041, M001465171 M001465191 , M001465201 , M001465231 M001465251 , M001465261, M001465091	SUA,Boston Scientific	DM000306616.; DM000306615.; DM000306608.; DM000306624.; DM000306622.; DM000306621.; DM000306620.; DM000306617.; DM000306613.; DM000306610.; DM000306611.; DM000306612.; DM000306623.; DM000306619.; DM000306614
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid metaliz amplatz super stiff Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din oțel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. Diametru de 0,035" si 0,038"(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârf diferite . Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Mărimi obligatorii Lungimi : 145-150cm, 180 cm, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
33100000-1	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate		
202	Victory 0.018`` H74939232300120 H74939232300180 H74939233300250 H74939233300300 0.014`` H74939230300120 H74939230300180 H74939231300250 H74939231300300	SUA,Boston Scientific	DM000462750; DM000462747; DM000462738; DM000462736; DM000462744; DM000462746; DM000462742; DM000462735; DM000462739; DM000462745; DM000462740; DM000462743; DM000462748; DM000462741; DM000462749; DM000462737
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 12-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Indicat la pagina 6 și 7 din brosură atasata la lot.			
33100000-1	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire		

9	Prelude PSI-4F-7-018 4F 7cm PSI-5F-7-018 5F 7cm PSI-6F-7-018 6F 7cm PSI-7F-7-018 7F 7cm sau PSI-4F-11-018 4F 11cm PSI-5F-11-018 5F 11cm PSI-6F-11-018 6F 11cm PSI-7F-11-018 7F 11cm	SUA,Merit Medica	DM000397919; DM000397923; DM000397920; DM000397924; DM000397921; DM000397925; DM000397922
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor punctie radial profil ultra-subtire Ac de punctie metalic de 21-22 G. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Mini-ghid diametrul de 0.018” Mini-ghid lungime 40-45 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).			
33100000-1	Cateter ghid pentru coronare	SUA Cordis	DM000618383,DM000618398; DM000618385,DM000618586; DM000618587,DM000618504; DM000618500,DM000618412; DM000618392,DM000618503; DM000618413,DM000618403; DM000618405,DM000618406; DM000618406,DM000618706; DM000618404,DM000618693; DM000618585,DM000618584; DM000618502,DM000618616; DM000618695,DM000618754; DM000618390,DM000618399; DM000618391,DM000618388; DM000618384,DM000618397; DM000618694,DM000618534; DM000618535,DM000618532;; DM000618423,DM000618619;; DM000618615,DM000618625;; DM000618421,DM000618531;; DM000618692,DM000618499;; DM000618638,DM000618419;; DM000618417,DM000618583;; DM000618533,DM000618710;; DM000618541,DM000618538;; DM000618540,DM000618501;; DM000618539,DM000618528;; DM000618614,DM000618427;; DM000618425,DM000618529;; DM000618530,DM000618694;; DM000618698,DM000618537;; DM000618428,DM000618422;; DM000618536,DM000618613;; DM000618624,DM000618416;; DM000618639,DM000618424;; DM000618418,DM000618707;; DM000618527,DM000618699;; DM000618640,DM000618641;; DM000618415,DM000618420; DM000618733,DM000618476;; DM000618577,DM000618575;; DM000618758,DM000618578;; DM000618474,DM000618622;; DM000618471,DM000618667;; DM000618620,DM000618470;; DM000618472,DM000618691;; DM000618473,DM000618571;; DM000618569,DM000618576;; DM000618467,DM000618623;; DM000618642,DM000618574;; DM000618468,DM000618643;; DM000618570,DM000618475;;

114	Conform specificației tehnice	SCA, Corais	DM000618711,DM000618469,; DM000618572,DM000618573,; DM000618714,DM000618442,; DM000618556,DM000618621,; DM000618701,DM000618443,; DM000618447,DM000618444,; DM000618446,DM000618449,; DM000618450,DM000618451,; DM000618452,DM000618557,; DM000618558,DM000618559,; DM000618560,DM000618561,; DM000618562,DM000618563,; DM000618646,DM000618649,; DM000618652,DM000618656,; DM000618657,DM000618658,; DM000618745,DM000618432,; DM000618433,DM000618434,; DM000618441,DM000618435,; DM000618436,DM000618437,; DM000618439,DM000618440,; DM000618543,DM000618542,; DM000618544,DM000618553,; DM000618545,DM000618554,; DM000618546,DM000618549,; DM000618548,DM000618547,; DM000618555,DM000618550,; DM000618551,DM000618552,; DM000618653,DM000618630,; DM000618673,DM000618644,; DM000618634,DM000618645,; DM000618631,DM000618635,; DM000618636,DM000618654,; DM000618744,DM000618738,; DM000618739,DM000618479,; DM000618481,DM000618482,; DM000618483,DM000618582,; DM000618579,DM000618702,; DM000618581,DM000618580,; DM000618581,DM000618580,; DM000618632,DM000618626,; DM000618633,DM000618627,; DM000618515,DM000618514,; DM000618514,DM000618518,; DM000618602,DM000618509,; DM000618591,DM000618618,; DM000618600,DM000618718,; DM000618600,DM000618689,; DM000618629,DM000618655,; DM000618669,DM000618683,; DM000618588,DM000618505,; DM000618617,DM000618590,; DM000618508,
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Model dispozitiv:			
VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP® Guiding Catheters JL 67000000, 77800000, 588812, 77800100, 55600200,67000200, 77800200, 588851, 5560020L,67001200, 77801200, 67000300, 77800300,588832,67000490,77800490, 55600400,67000400, 77800400 ,588823, 5560040L, 6700040L,67001400,, 77801400,, 67000500, 77800500, 588834, 77801500, 67000600, 77800600, 588852, 67001600, 77800700, 588810, 55600800, 67000800, 77800800, 588853, 588853, 5560080L, 77800900, 588800, 67001000, 77801000, 588854, SM7338, SM7435, SM7329, SM7361 JR 55608000, 67008000, 77808000, 588855, 5560800L, 67008100, 77808100, 588828, 67008290, 77808290, 588830T, 55608200, 67008200, 77808200, 588830, 5560280L, 6700820L,SM7426, 67009000, 77809000, 77809000, 67008300, 77808300,588831, 77808390,,588831T , SM7739, SM7436, 77809200, 67008400, 77808400, 588-856, SM7330, 77808500, Extra back-up SM7465, SM7328, 6700520, 77805200, 588829, SM7395, 67005300, 77805300, 588875, 67005490, SM7721, 55605400,, 67005400, 77805400, 588882,, 5560540L, 6700540L, 6700540L, 67005500, 77805500, 588885, 55905600, 67005600, 77805600, SM7603, 67003800,,77803800, 77803900, 588878, 77804090, 588844T, 55604000, 67004000, 77804000, 588844, 5560400L, 6700400L, 77804800, 67004100, 77804100, 588848, 67004200, 77804200, 588849,77804300, 588891 Amplatz Right 67011000, 77811000, 588845,SM7333, 6701100L, 77811100, 588836, 55611200, 67011200, 77811200, 588846, 5561120L, 6701120L, 67011300, 77811300, 588837, SM7398 MP 5562700L, 6702700L, 67027000, 77827000, 588842, SM7462, 67027100, 77827100, 588892, SM7477, SM7206, 598942, 77827055, 588840P, SM7394,67027200, 67027200 Internal Mammary 67019090, 77819090 77819090 588801, 67019000, 77819000, 588817, 5561900L, 67019100, 77819100,588820, 77819190, 67019200 Bypass: Left 67018000, 77818000,58815,67018090,, 77818090, 67018100, 77818100 Bypass: Right 67018200, 77818200, 588816, 67018290, G780RCBH, 67018300 77818300			
Specificația tehnică:			
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)			
Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast.			
Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Indicat la pagina 4 din broșura			
Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune.			
Forme: JL 3-6; JR3,5-5;			
Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right.			
Sa fie prevazut si cu gauri laterale.			
Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor			
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)			
Dimensiuni obligatorii			
Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 6 Fr - 0,070” ; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090” . 9Fr - 0,098” Indicat la pagina 2 din Brosura			

Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).				
33100000-1	Stent pentru artere carotide cu celule inchise			
71	Carotid Wallstent H965SCH647010 H965SCH647070 H965SCH647080 H965SCH647090 H965SCH647120 H965SCH647130 H965SCH647141		SUA,Boston Scintific	DM000268382; DM000268388; DM000268386; DM000268387; DM000268385; DM000268383; DM000268385
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]				
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. Design tip celula închisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). Indicat pagina 6. Compatibilitate ghid: 0,014" Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).				
33100000-1	Ghid utilizat pentru CTO			
61	Hi-Torque Command 0.14`` Hi-Torque Command 2078172 Hi-Torque Command 2078173 Hi-Torque Command ES 2078174 Hi-Torque Command ES 2078175 0.18`` Hi-Torque Command 18 ST 1013784 Hi-Torque Command 18 ST 1013785 Hi-Torque Command 18 LT 1013806 Hi-Torque Command 18 LT 1013807		SUA,Abbott	DM000366386; DM000364552; DM000366396; DM000366384; DM000366395; DM000366389; DM000366390; DM000366376; DM000366388; DM000366380; DM000366385; DM000366387; DM000366377; DM000366393; DM000366391; DM000366379; DM000366381; DM000366392; DM000366383; DM000366394; DM000366382; DM000366378
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]				
Tehnologia metalică duală (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului, oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghidare dirijabil, disponibil la lungimi de obligatorii: 190 și 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Extremitatea distală este profilabilă. Marcajul brahial și cel femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014” (0,36 mm) sau 0,018” (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a cateterului de ghidare atunci când se utilizeaza tehnica cu firul „la vedere”. Atunci cind este umezit, invelisul hidrofilic creste gradul de lubrefiere a suprafetei firului de ghidare. Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului . • Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat in anatomii sinuoase • Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate. Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g				

33100000-1	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer		
60	Pilot 50 1010480-H 1010480-HJ 1010483-H 1010483-HJ Pilot 150 1010481-H 1010481-HJ 1010484-H 1010484-HJ Pilot 200 1010482-H 1010482-HJ 1010485-H 1010485-HJ	SUA,Abbott	DM000373089; DM000373090; DM000373096; DM000373094; DM000373091; DM000373095; DM000373099; DM000373092; DM000373098; DM000373088; DM000373093; DM000373097
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârful. 3 cm la virful ghidului este radiopac. Ghidul este drept sau in forma de J si are minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de 1,1g la 10mm pentru extra suport si de 1 g la 10 pentru mediu suport. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii: Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Lungimea Ghidului obligatori: 190 cm si 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),.			
33100000-1	Ghid tip extrasuport		
118	HI-TORQUE EXTRA S'PORT 22225M 22225MJ 22235M 22235MJ	SUA,Abbota	DM000623037; DM000623036; DM000623035; DM000623038
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Core-ul pana la varf sa fie puternic construit din otel inoxidabil , de 0,014” in diametru, acoperit distal cu polimer hidrofob., in forma de J sau drept. Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura la vârful până la 1,3 gr. Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Disponibil la lungimi obligatorii de 190 si 300cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			

33100000-1	Stent autoexpandabil pentru arterele iliac		DM000054072 DM000054194; DM000054191 DM000054138; DM000054153 DM000054092; DM000054169 DM000054075; DM000054122 DM000054042; DM000054139 DM000054182; DM000054147 DM000054051; DM000054167 DM000054052; DM000054158 DM000054050; DM000054091 DM000054099; DM000054095 DM000054067; DM000054011 DM000054066; DM000054021 DM000054025; DM000054078 DM000054116; DM000054104 DM000054156; DM000054144 DM000054115; DM000054094 DM000054136; DM000054089 DM000054071; DM000054059 DM000054069; DM000054140 DM000054037; DM000054035 DM000054123; DM000054039 DM000054074; DM000054103 DM000054135; DM000054192 DM000054054; DM000054048 DM000054087; DM000054046 DM000054145; DM000054102 DM000054112; DM000054119 DM000054180; DM000054128 DM000054107; DM000054129 DM000054049; DM000054118 DM000054176; DM000054065 DM000054100; DM000054023 DM000054131; DM000054113 DM000054179; DM000054155 DM000054053; DM000054151 DM000054077; DM000054161 DM000054097; DM000054029 DM000054079; DM000054162 DM000054126; DM000054141 DM000054124; DM000054096 DM000054146; DM000054121 DM000054181; DM000054043 DM000054120; DM00005418 DM000054149 DM000054186 DM000054149; DM000054133 DM000054178; DM000054142 DM000054125; DM000054110 DM000054173; DM000054027 DM000054188; DM000054159 DM000054088; DM000054033 DM000054166; DM000054185 DM000054057; DM000054093 DM000054148; DM000054109 DM000054063; DM000054020 DM000054195; DM000054061 DM000054130; DM000054172 DM000054165; DM000054137 DM000054031; DM000054132 DM000054127; DM000054090 DM000054108; DM000054101 DM000054177
33	Conform specificației tehnice	SUA,Boston Scintific	

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Model dispozitiv:

Epic Lungimea 75cm

H74939054062070

H74939054062070

H74939054063070

H74939054064070

H74939054065070

H74939054066070

H74939054067070

H74939054068070

H74939054061070

H74939054061270

H74939054072070

H74939054073070

H74939054074070

H74939054075070

H74939054076070

H74939054077070

H74939054078070

H74939054071070

H74939054071270

H74939054082070
H74939054083070
H74939054084070
H74939054085070
H74939054086070
H74939054087070
H74939054088070
H74939054081070
H74939054081270
H74939054092070
H74939054093070
H74939054094070
H74939054095070
H74939054096070
H74939054097070
H74939054098070
H74939054091070
H74939054102070
H74939054103070
H74939054104070
H74939054105070
H74939054106070
H74939054107070
H74939054108070
H74939054101070
H74939054123070
H74939054124070
H74939054125070
H74939054126070
Lungimea 120cm
H74939054062020
H74939054063020
H74939054064020
H74939054065020
H74939054065020
H74939054066020
H74939054067020
H74939054068020
H74939054061020
H74939054061220
H74939054072020
H74939054073020
H74939054074020
H74939054075020
H74939054076020
H74939054077020
H74939054078020
H74939054071020
H74939054071220
H74939054082020
H74939054083020

H74939054084020
H74939054085020
H74939054086020
H74939054087020
H74939054088020
H74939054081020
H74939054081220
H74939054092020
H74939054093020
H74939054094020

Specificația tehnică:

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser

- Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”
- Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micșorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare
- Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă a stentului.
- Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului
- Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala
- Varful flexibil atraumatic in forma de conus.
- Marker radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui.
- Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului.
- Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia .
- Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia.
- Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police;
- Valva hemostatica.
- Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla
- Performantele stentului in timp sa fie evidentiata de cel putin un studiu clinic relevant.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):

Diametre disponibile obligatorii: : 6,7,8,9,10,12 mm .

Lungimi disponibile obligatorii: : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm

Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm, 120cm suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)

33100000-1	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse		DM000187120; DM000187131; DM000187125; DM000187182; DM000187188; DM000187057; DM000187172; DM000187179; DM000187166; DM000187039; DM000187190; DM000187178; DM000187037; DM000187185; DM000187191; DM000187024; DM000187132; DM000187085; DM000186994; DM000186995; DM000187111; DM000187051; DM000187048; DM000187030; DM000187019; DM000187043; DM000187078; DM000187034; DM000187175; DM000187027; DM000187011; DM000187145; DM000187021; DM000187189; DM000187118; DM000187170; DM000187086; DM000187176; DM000187044; DM000187044; DM000187088; DM000187156; DM000187073; DM000187161; DM000187114; DM000187082; DM000187142; DM000187052; DM000187041; DM000186992; DM000187157; DM000187064; DM000187136; DM000187103; DM000187099; DM000187130; DM000187092; DM000187187; DM000187001; DM000187107; DM000187129; DM000187013; DM000187060; DM000187091; DM000187006; DM000187074; DM000187005; DM000187128; DM000187134; DM000187017; DM000187014; DM000187053; DM000187150; DM000187083; DM000187152; DM000187094; DM000187020; DM000187119; DM000187090; DM000187016; DM000187071; DM000187149; DM000187042; DM000187100; DM000187075; DM000187124; DM000187009; DM000187155; DM000187097; DM000187102; DM000187109DM000187109; DM000187121; DM000187031; DM000187065; DM000187123; DM000187144; DM000187098; DM000187007; DM000187072; DM000187159; DM000187003; DM000187087; DM000187002; DM000187113; DM000187069; DM000187173; DM000187116; DM000187036; DM000187070; DM000187028; DM000187012; DM000187029; DM000187154; DM000187066; DM000187089; DM000187153; DM000187049; DM000187192; DM000186999; DM000187112; DM000186997; DM000187127; DM000187177; DM000187076; DM000187022; DM000187141; DM000187040; DM000187163; DM000187000; DM000187061; DM000187140; DM000187151; DM000187045; DM000187186; DM000187106; DM000187162; DM000187137; DM000187008; DM000187180; DM000187025; DM000187104; DM000187054 DM000187054; DM000187096; DM000187143; DM000187032; DM000187055; DM000187139; DM000187171; DM000187079; DM000187047; DM000187033; DM000187058; DM000187183; DM000187158; DM000187164; DM000187038; DM000187093; DM000187165; DM000187056; DM000187059; DM000187115; DM000187101; DM000187135; DM000187068; DM000187077; DM000187050; DM000187010; DM000187148; DM000187067; DM000187122; DM000187174; DM000187117; DM000187081; DM000187004; DM000187035; DM000187126; DM000187108; DM000187181; DM000187084; DM000187184; DM000187095; DM000187023; DM000187160; DM000187046; DM000187169; DM000187015; DM000187146; DM000187080; DM000187018; DM000187138; DM000186996; DM000187168; DM000187167DM000187167; DM000186993; DM000187194; DM000187133; DM000186998; DM000187105; DM000187193; DM000187026; DM000187110; DM000187062; DM000187063; DM000187147
26	Conform specificației tehnice	SUA,Boston Scintific	
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Model dispozitiv:			
Mustrang H74939171030240			

H74939171030270
H74939171030210
H74939171030340
H74939171030370
H74939171030310
H74939171030440
H74939171030470
H74939171030410
H74939171030640
H74939171030670
H74939171030610
H74939171030840
H74939171030870
H74939171030810
H74939171031040
H74939171031070
H74939171031010
H74939171031270
H74939171031210
H74939171031570
H74939171031510
H74939171031870
H74939171031810
H74939171032070
H74939171032010
H74939171040240
H74939171040270
H74939171040210
H74939171040340
H74939171040370
H74939171040310
H74939171040440
H74939171040470
H74939171040410
H74939171040640
H74939171040670
H74939171040610

Specificația tehnică:

Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata
Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm
Lungimi balon: 20-200mm.
Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci.
Presiune nominala 7-10 atm, RPB maxim 20 atm
Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm;
Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune;
Ghiduri compatibile: 0.035”

33100000-1	Extensie pentru cate-ghiduri		
------------	------------------------------	--	--

11	Guidezilla II H749 3933515060 Guidezilla™ II LONG H74939335150610 Guidezilla II 7F H7493933515070 Guidezilla II 8F	SUA,Boston Scintific	DM000268389; DM000268392; DM000268390; DM000268391
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6,7,8 F Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular minimal. Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Dimensiune disponibila 145 -150cm Lungime segmentului de tub distal 25 pentru standart si 40cm pentru Long (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).			
33100000-1	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	STIA Abbott	DM000463035; DM000463033; DM000462955; DM000462956; DM000463031; DM000462958; DM000462957; DM000463034; DM000463032; DM000462960; DM000462962; DM000463036; DM000462961; DM000463038; DM000463127; DM000463126; DM000463123; DM000463039; DM000462959; DM000462963; DM000463040; DM000463125; DM000463037; DM000463124; DM000463042; DM000463046; DM000462966; DM000463044; DM000463128; DM000463129; DM000463130; DM000463043; DM000462964; DM000463131; DM000462965; DM000462968; DM000462967; DM000462969; DM000463132DM000462970; DM000463047; DM000463041; DM000463045; DM000462973; DM000463065; DM000463069; DM000463068; DM000462975; DM000463063; DM000462976; DM000463133; DM000462977; DM000463135; DM000463066; DM000462972; DM000463137; DM000462974; DM000462971; DM000463067; DM000463134; DM000463136; DM000463064; DM000463072; DM000463138; DM000463074; DM000463075; DM000463139; DM000463073; DM000462980; DM000462982; DM000462983; DM000462978; DM000463140; DM000463076; DM000463070; DM000463141; DM000463142; DM000462984; DM000463143; DM000462981; DM000462979; DM000463071; DM000463077; DM000462991; DM000462986; DM000463148; DM000462987; DM000462988; DM000463147; DM000462981; DM000462981; DM000463145;

10	Conform specificației tehnice	SCA, ABBOTT DM000463147; DM000463081 DM000463081; DM000463143; DM000463079; DM000463082; DM000462985; DM000463078; DM000463146; DM000463080; DM000462990; DM000462989; DM000463083; DM000463144; DM000462998; DM000463087; DM000463088; DM000463149; DM000462994; DM000463154; DM000463086; DM000463153; DM000463150; DM000462995; DM000463089; DM000463085; DM000462993; DM000463151; DM000462996; DM000462992; DM000463152; DM000463084; DM000462997; DM000463090; DM000463157; DM000463093; DM000463001; DM000463097; DM000463156; DM000463158; DM000463155; DM000463096; DM000463000; DM000463002; DM000463005; DM000463004; DM000462999; DM000463094; DM000463159; DM000463092; DM000463095; DM000463091; DM000463003; DM000463160DM000463160; DM000463103; DM000463165; DM000463163; DM000463009; DM000463164; DM000463104; DM000463007; DM000463101; DM000463012; DM000463098; DM000463162; DM000463099; DM000463010; DM000463008; DM000463006; DM000463011; DM000463161; DM000463100; DM000463102; DM000463168; DM000463019; DM000463166; DM000463015; DM000463111; DM000463110; DM000463017; DM000463106; DM000463018; DM000463105; DM000463169; DM000463014; DM000463013; DM000463109; DM000463016; DM000463108; DM000463107; DM000463167
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]		
Model dispozitiv:		
Mini Treck RX		
1.20		
1012268-06		
1012268-08		
1012268-12		
1012268-15		
1012268-20		
1.50		
1012269-06		
1012269-08		
1012269-12		
1012269-15		
1012269-20		
2.00		
1012270-06		
1012270-08		
1012270-12		
1012270-15		
1012270-20		
1012270-25		
1012270-30		
TREK RX		
2.25		
1012271-06		
1012271-08		
1012271-12		
1012271-15		
1012271-20		

1012271-25
1012271-30
2.50
1012272-06
1012272-08
1012272-12
1012272-15
1012272-20
1012272-25
1012272-30
2.75
1012273-06
1012273-08
1012273-08
1012273-12
1012273-15
1012273-20
1012273-25
1012273-30
3.00
1012274-06
1012274-08
1012274-12
1012274-15
1012274-20
1012274-25
1012274-30
3.25
1012275-06
1012275-08
1012275-12
1012275-15
1012275-20
1012275-25
1012275-30
3.50
1012276-06
1012276-08
1012276-12
1012276-15
1012276-20
1012276-25
1012276-30
3.75
1012277-06
1012277-08
1012277-12
1012277-15
1012277-20
1012277-25
1012277-30

4.00	
1012278-06	
1012278-08	
1012278-12	
1012278-15	
1012278-20	
1012278-25	
1012278-30	
4.50	
1012279-12	
1012279-15	
5.00	
1012280-12	
1012280-15	
Mini Trek OTW	
1.20	
1012401-06A	
1012401-08A	
1012401-12A	
1012401-15A	
1012401-20A	
1.50	
1012402-06A	
1012402-08A	
1012402-12A	
1012402-15A	
1012402-20A	
2.00	
1012403-06A	
1012403-08A	
1012403-12A	
1012403-15A	
1012403-20A	
TREK OTW	
2.25	
1012404-06	
1012404-08	
1012404-12	
1012404-15	
1012404-20	
1012404-25	
1012404-30	
2.50	
1012405-06	
1012405-08	
1012405-12	
1012405-15	
1012405-20	
1012405-25	
1012405-30	
2.75	

1012406-06
1012406-08
1012406-12
1012406-15
1012406-20
1012406-25
1012406-30
3.00
1012407-06
1012407-08
1012407-12
1012407-15
1012407-20
1012407-20
1012407-25
1012407-30
3.25
1012408-06
1012408-08
1012408-12
1012408-15
1012408-20
1012408-25
1012408-30
3.50
1012409-06
1012409-08
1012409-12
1012409-15
1012409-20
1012409-25
1012409-30
3.75
1012410-06
1012410-08
1012410-12
1012410-15
1012410-20
1012410-25
1012410-30
4.00
1012411-06
1012411-08
1012411-12
1012411-15
1012411-20
1012411-25
1012411-30
4.50
1012412-12
1012412-15

5.00

1012413-12

1012413-15

Specificația tehnică:

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica.

Material balon-pebax(pagina 3 din broșura). cateterul cu hypotube.

Compatibil cu ghid 0,014”.

Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm.(pagina 3 din broșura)

Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. (pagina 1)

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):

Dimesiuni obligatorii

Lungime shaft 145 cm-150cm

Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0 mm, lungimea 6 pina la 30 mm.

(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);

Markeri flexibili tungsten pentru trecere usoara in leziuni calcificate.

33100000-1	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar		
119	HI-TORQUE WHISPER MS 1005357H 1005357HJ 1005359H 1005359HJ HI-TORQUE WHISPER ES 1011834H 1011834HJ 1011835H 1011835HJ HI-TORQUE WHISPER LS 1005351H 1005351HJ	SUA,Abbota	DM000373087; DM000373081; DM000373082; DM000373086; DM000373076; DM000373077; DM000373080; DM000373084; DM000373085; DM000373083; DM000373079; DM000373078

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

Acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală.

Ghidul sa fie drept sau in forma de J si Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport.

Radioopacitate: 3 cm

Prin construcția sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata.

Miezul construit din otel inoxidabil.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

Dimesiuni obligatorii

Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm

Diametru de 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),

33100000-1	Sistema pentru litotripsie intravasculara		
157	IVL CATHETER SPECS :C2IVL2512, C2IVL3012, C2IVL3512, C2IVL4012	SUA,Shockwave Inc.	DM000440697,; DM000440695,; DM000440692,; DM000440699,

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014”.

Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm,
Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

33100000-1	Cateter pentru trombaspiratie	SUA,Merit Medical	DM000316348; DM000316349
161	Asap ASAP100 ASAPLP		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm).
Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului.
Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației.
1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului.
3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”.
Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
Lungime utila 140-145 cm
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),

Furnizor/Prestător:

Life Med SRL

L.Ș.

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

L.Ș.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.