



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 21290873-0584-0446 de achiziționare a dispozitivelor medicale I. PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025

Cod CPV: 33100000-1

17.03.2025

mun. Chișinău
(localitatea)

Vînzător	Beneficiar	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
<u>Tribestar Farm SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	<u>IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	
reprezentată prin director Alexandr OSTAPCIUC (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza	reprezentată prin director Oleg CRUDU (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza	reprezentată prin director Gheorghe GORCEAG (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza
statutului (statut, regulament, hotărîre etc.)	Statutului (statut, regulament, hotărîre etc.)	Regulamentului de organizare și funcționare (statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(ă) în continuare Vînzător	denumit(ă) în continuare Beneficiar	denumit în continuare Centru
IDNO 1014600033307 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	IDNO 1003600152592 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)	IDNO 1016601000212 (se indică numărul și data de înregistrare în Registrul de stat)

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

A. Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025,

(denumirea obiectului achiziției)

denumite în continuare Bunuri, conform Licităție deschisă :

nr. ocds-b3wdp1-MD-1728396292187,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 18.02.2025

B. Documente vor fi considerate părțile componente și integrante ale Contractului:

- a) specificația tehnică;
- b) specificația de preț;
- c) garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului, valabilă până la 31.01.2026;
- d) declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere;
- e) alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc., după caz.

C. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

D. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar prin intermediul Centrului, Furnizorul/Prestatorul se obligă să livreze bunurile/serviciile Beneficiarului și să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

E. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar, Centrul se obligă să vireze Furnizorului/Prestatorului prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului, în termenele și în modalitatea stabilite de prezentul Contract.

1. Obiectul Contractului.

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta bunurile/serviciile conform specificației tehnice și specificației de preț, care sunt parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului prețul pentru bunurile/serviciile recepționate și să recepționeze bunurile/serviciile livrate/prestate de Furnizor/Prestator.

1.3. Centrul după recepționarea mijloacelor financiare pentru bunurile/serviciile recepționate de la beneficiar, se obligă să transmită mijloacele financiare pentru bunurile/serviciile livrate/prestate către Furnizor/Prestator.

1.4. Calitatea bunurilor/serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în specificație. Bunurile/serviciile livrate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în specificație. Dacă nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.5. Termenul de garanție [valabilitate, după caz] al bunurilor/serviciilor, la data livrării, este indicat în specificația tehnică și de formare a prețului.

2. Termenele și condițiile de livrare.

2.1. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în specificația tehnică și de preț.

2.2. Documentația de însoțire a bunurilor/serviciilor include:

- Factura fiscală și actul de predare/primire - 3 ex.,
- Certificatele de calitate indicate în Specificații;

- Manuale de service și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării;

- Instrucțiuni de utilizare a produsului în limba de stat sau rusă.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor/serviciilor la destinația finală.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității de bunuri/servicii în limitele prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice, informând despre aceasta, cu 30 de zile înainte de livrare, Furnizorul/Prestatorul și Centrul.

2.4. La livrarea bunurilor/serviciilor de către Furnizor/Prestator Beneficiarului, aceștia semnează actul de predare-primire și factura fiscală, care urmează a fi prezentate de către Furnizor/Prestator Centrului și care servesc drept temei pentru efectuarea plății conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării bunurilor/serviciilor se consideră data semnării actului de predare-primire și a facturii fiscale.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată.

3.1. Prețul bunurilor/serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația Contractului.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 12 974 041,4(Douăsprezece milioane nouă sute șaptezeci și patru mii patruzeci și unu 40) lei.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Beneficiarul transferă Centrului mijloacele financiare în decurs de 15 zile de la data semnării actului de predare primire a bunurilor și a facturii fiscale.

3.4. Achitarea plăților pentru bunurile/serviciile livrate se va efectua de către Centru în lei moldovenești, în termen de 15 zile de la recepționarea mijloacelor financiare de la Beneficiar și a facturilor fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1. Bunurile/serviciile se consideră livrate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea bunurilor/serviciilor transmise corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și în graficul livrării/bonului de comandă și sunt prezentate toate documentele de însoțire prevăzute în pct. 2.2 din prezentul Contract;

b) calitatea bunurilor/serviciilor corespunde informației indicate în specificație;

c) ambalajul și/sau integritatea bunurilor/serviciilor corespund informației indicate în specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Centrului un exemplar original sau format XML al facturii fiscale și al actului de predare-primire (după caz) odată cu livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Centrul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct. 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde.

5.1. Bunurile/serviciile furnizate/prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor/Prestator în propunerea sa tehnică.

5.2. În cazul în care nu este menționat niciun standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a bunurilor/serviciilor.

6. Obligațiile Părților.

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze bunurile/serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea bunurilor/serviciilor de către Beneficiar [destinatar, după caz] în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- c) să asigure integritatea și calitatea bunurilor/serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării, în termenele stabilite, a bunurilor/serviciilor livrate în corespundere cu cerințele Contractului;
- b) să asigure transferul mijloacelor financiare Centrului pentru bunurile/serviciile livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

6.3. În baza prezentului Contract, Centrul se obligă:

- a) să achite suma prevăzută în Contract, după recepționarea mijloacelor financiare de la beneficiar, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- b) să asigure verificarea și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să rețină garanția de bună execuție în cazul neexecutării integrale a contractului;
- d) să aplice și să încaseze penalități de la Furnizor/Prestator conform pct. 10.2 și 10.3.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului.

7.1. Neexecutarea obligației Părților contractante se justifică dacă aceasta este cauzată de un impediment în afara controlului ei și dacă Părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii Contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat, în mod corespunzător, de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. Partea care invocă prezenta clauză are obligația de a asigura celorlalte Părți primirea unei notificări despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, imediat, dar nu mai târziu de 10 zile după ce a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

7.5. În cazul în care în circumstanțele ce justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv termenele de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului.

8. Rezoluțiunea Contractului.

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către Partea îndreptățită prin declarație scrisă, notificată celeilalte Părți contractante.

8.3. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectarea de către Beneficiar și Centru a termenelor de plată pentru bunurile/serviciile livrate/prestate;
- c) nerespectarea de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor;
- d) nesatisfacerea de către una dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.4. Centrul/Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la data atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică, în conformitate cu art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.5. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 3 zile lucrătoare, celeilalte Părți despre intențiile ei, printr-o scrisoare motivată.

8.6. Partea înștiințată este obligată să răspundă, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, Partea inițitoare va emite declarația de rezoluțiune.

9. Reclamații.

9.1. Reclamațiile privind cantitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la data recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să preavizeze Beneficiarul și Centrul despre imposibilitatea livrării/prestării bunurilor/serviciilor în termen de 5 zile de la data survenirii circumstanțelor care împiedică livrarea.

9.3. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate, în termen de 15 zile de la depistarea deficiențelor de calitate, sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului și trebuie confirmate prin probe concludente, pertinente și suficiente.

9.4. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului și Centrului despre decizia luată.

9.5. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.6. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor/serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.7. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin probe concludente, pertinente și suficiente, cheltuielile de staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni.

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului, agreată de Centru, este prin scrisoare de garanție bancară sau pe contul trezorerial al Centrului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta bunurile/serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar, Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a bunurilor/serviciilor, Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate precum urmează:

a) pentru primele 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,1% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere;

b) pentru următoarele zile, care depășesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma bunurilor/serviciilor nelivrate pentru întreaga perioadă de întârziere.

10.4. În cazul în care întârzierea depășește 60 de zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Centrului o explicație în formă scrisă. Dacă Centrul și Beneficiarul acceptă, Furnizorului/Prestatorului i se va acorda un termen suplimentar de livrare, în caz contrar, se va considera ca refuz de a vinde/presta bunurile/serviciile, iar Furnizorul/Prestatorul achită o penalitate în valoare de 15% din suma bunurilor/serviciilor contractate nelivrate/neprestate.

10.5. Pentru transferul cu întârziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul achită Furnizorului/Prestatorului o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.6. Pentru transferul cu întârziere către Furnizor/Prestator din momentul recepționării mijloacelor financiare de la Beneficiar, Centrul achită o penalitate în valoare de 0,1% din suma bunurilor/serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a bunurilor/serviciilor neachitate.

10.7. Furnizorul/Prestatorul este exonerat de obligația privind livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor în caz de suspendare sau retragere a certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative.

11. Drepturile de proprietate intelectuală.

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Centrul împotriva:

a) oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) oricăror daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de Centru.

12. Dispoziții finale.

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare instanței de judecată competente, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele întocmite anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul să convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările operate în prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost redactate în scris, au fost semnate de Părți și aprobate corespunzător.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor persoane terțe fără acordul în scris al celorlalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare identice, în limba română – câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Beneficiar și Centru.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării de către Centru, fiind valabil până la 31.12.2025 Contractul obligatoriu se înregistrează în una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, dacă gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și este semnat la data indicată pe acesta.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova la data și anul indicate mai sus.

II. CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

1. Condiții speciale privind recepționarea bunurilor.

- 1.1. Bunurile se consideră livrate, doar la momentul semnării actului de predare primire.
- 1.2. Vânzătorului este obligat să livreze dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale;
- 1.3. Beneficiarul este obligat să recepționeze doar dispozitive medicale înregistrate în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

2. Condiții speciale privind garanția bunurilor livrate.

- 2.1. Vânzătorul este obligat să garanteze cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării.
- 2.2. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului.
- 2.3. Vânzătorul este obligat, la solicitarea beneficiarului, de a efectua instruirea personalului cu asumarea tuturor cheltuielilor cu privire la instalarea și utilizarea bunurilor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:		
Vînzătorul	Beneficiarul	Autoritatea Contractantă
Tribestar Farm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate
Adresa poștală: mun. Chișinău, com. Stăuceni, șos. Chișinău-Dubăsari 32 km	Adresa poștală: MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11	Adresa poștală: Oficiul central: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2 Adresa juridică: mun. Chișinău, Bd. Grigore Vieru 22/2
Telefon: 022 022000310, 060018649 , pharm@tribestar.md, info@tribestar.md	Telefon: 022 022441185, 022443148; 022 44-12-64 , scm.sf.treime@gmail.com; achizitii.sf.treime@gmail.com	Telefon: (068) 99 84 27 (068) 99 84 26 (068) 99 84 28 (068) 99 84 25 E-mail:monitorizare@capcs.gov. md office@capcs.gov.md medicamente@capcs.gov.md Site: http://capcs.md
IBAN: MD88MO2224ASV54836967100	IBAN: MD10TRPCBW518430A00362AA	IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA
Banca: OTP Bank SA	Banca: MF-Trezoreria de Stat	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod fiscal: 1014600033307	Cod fiscal: 1003600152592	Cod fiscal: 1016601000212
Codul bancii: MOBBMD22	Codul bancii: TREZMD2X	Codul bancii: TREZMD2X
Semnăturile Părților		
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.	L.Ș.
	Contabil	
	Înregistrat: nr.	
	Trezoreria	
	Data:	

SPECIFICAȚIE Nr.1
(Lista bunurilor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Nr Lot	Termenul de livrare						
33100000-1	Ghid metaliz amplatz super stiff	Bucată	134,00	820,0000	984,0000	109 880,0000	131 856,0000
154	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Sistema pentru litotripsie intravasculara	Bucată	70,00	70 000,0000	75 600,0000	4 900 000,0000	5 292 000,0000
158	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Cateter pentru trombaspiratie	Bucată	67,00	6 000,0000	6 480,0000	402 000,0000	434 160,0000
162	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	Bucată	100,00	7 000,0000	7 560,0000	700 000,0000	756 000,0000
205	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Bucată	100,00	3 800,0000	3 800,0000	380 000,0000	380 000,0000
210	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	Bucată	7,00	9 400,0000	11 280,0000	65 800,0000	78 960,0000
6	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Bucată	167,00	1 680,0000	1 814,4000	280 560,0000	303 004,8000
26	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Filtru vena cava convertibil	Bucată	3,00	30 000,0000	36 000,0000	90 000,0000	108 000,0000
39	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Stent pentru artere carotide covered	Bucată	117,00	17 000,0000	17 000,0000	1 989 000,0000	1 989 000,0000
73	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Bucată	3,00	40 000,0000	48 000,0000	120 000,0000	144 000,0000
103	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Catetere diagnostic angiografie	Bucată	2 667,00	271,0000	292,6800	722 757,0000	780 577,5600

112	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Cateter ghid pentru coronare	Bucată	334,00	812,0000	876,9600	271 208,0000	292 904,6400
115	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocluzii cronice totale	Bucată	100,00	2 268,0000	2 721,6000	226 800,0000	272 160,0000
121	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat în ocluzii cronice subtotale	Bucată	100,00	2 020,0000	2 424,0000	202 000,0000	242 400,0000
122	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Micro-ghid cateter coronarian	Bucată	67,00	11 000,0000	11 880,0000	737 000,0000	795 960,0000
125	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Microcateter dublu lumen	Bucată	3,00	7 800,0000	8 424,0000	23 400,0000	25 272,0000
126	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Baloane PTCA noncompliance	Bucată	667,00	840,0000	907,2000	560 280,0000	605 102,4000
128	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
33100000-1	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	Bucată	334,00	950,0000	1 026,0000	317 300,0000	342 684,0000
130	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025						
TOTAL						12 097 985,0000	12 974 041,4000

Vinzătorul:
Tribestar Farm SRL

L.Ș.

Beneficiarul:
IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

L.Ș.

Centrul:
Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.

SPECIFICAȚIE Nr.2

(Specificațiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara și Producătorul	Certificate de calitate / Standarde de referință
Nr Lot	Modelul articolului		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
33100000-1	Ghid metaliz amplatz super stiff	SUA,Boston Scientific	DM000306616,; DM000306615,; DM000306608,; DM000306624,; DM000306622,; DM000306621,; DM000306620,; DM000306617,; DM000306613,; DM000306610,; DM000306611,; DM000306612,; DM000306623,; DM000306619,; DM000306614
154	Amplatz Super Stiff™ Guidewire M001465001, M001465011, M001465021, M001465031, M001465041, M001465171, M001465191, M001465201, M001465231, M001465251, M001465261, M001465091 (extras din catalog)		
Specificicarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din oțel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. (brsura pagina 1) Diametru de 0,035” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Configurații vârf diferite. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Mărimi obligatorii Lungimi : 145cm, 180 cm, 260 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),			
33100000-1	Sistema pentru litotripsie intravasculara	SUA,Shockwave Medical	DM000440697, , DM000440695,; DM000440692, DM000440699,
158	IVL CATHETER SPECS : C2IVL2512, C2IVL3012, C2IVL3512, C2IVL4012		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Sistema e formata din generator, cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014``. Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr.(pagina 2) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime balon obligatorie 12 mm, Diametru balon obligatorie 2,5-4,0 mm (pagina2) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
33100000-1	Cateter pentru trombaspiratie	SUA,Merit Medical	DM000316348
162	Asap ASAP100		
Specificicarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”.(brosură pagina 2) Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 21,5 cm cu robinet. .(brosură pagina 3) Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila 140 cm .(brosură pagina 2) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),			

33100000-1	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus	Gland Concept Medical	DM000642072,DM000641946,DM0006423,; DM000642069,DM000642350,DM000642091,; DM000641925,DM000642361,DM000642358; DM000642366,DM000642115,DM000642073; DM000642064,DM000642367,DM000642090; DM000642068,DM000642378,DM000642119; DM000642348,DM000642101,DM000642353; DM000642095,DM000641944,DM000642117; DM000642100,DM000642076,DM000641921; DM000642363,DM000642376,DM000641928; DM000641914,DM000641934,DM000642345; DM000642102,DM000642116,DM000642351; DM000641912,DM000642092,DM000642370; DM000642354,DM000642113,DM000642079; DM000642088,DM000642362,DM000642108; DM000641943,DM000642074,DM000641941; DM000642082,DM000642114,DM00064192,; DM000641938,DM000642066,DM000642099; DM000642120,DM000642096,DM000642372; DM000641918,DM000642110,DM000642371; DM000642077,DM000641940,DM000642089; DM000641931,DM000642364,DM000642346; DM000641939,DM000642385,DM000641924; DM000641915,DM000642341,DM000642377; DM000642339,DM000642093,DM000642374; DM000642386,DM000642098,DM000641917; DM000641933,DM000642379,DM000641935; DM000642087,DM000642384,DM000642067; DM000642104,DM000641913,DM000642387; DM000642375,DM000642083,DM000642355; DM000642070,DM000642344,DM000642380; DM000642081,DM000642349,DM000641937; DM000642106,DM000642118,DM000642381; DM000642075,DM000641911,DM000642357,; DM000641930,DM000642097,DM000641942, DM000642085,DM000642111.DM000642109,; DM000642084,DM000641916,DM000642373,
------------	---	-----------------------	--

205	Conform specificației tehnice:	Orlando, Concept Medical DM0000642084,DM0000641910,DM0000642373; DM000642105,DM000642065,DM000641920; DM000642071,DM000642347,DM000642094,; DM000642356,DM000642369,DM000642343; DM000642009,DM000642023,DM000642050; DM000642020,DM000642040,DM000641896; DM000641879,DM000642029,DM000641875; DM000642052,DM000642055,DM000642063; DM000642048 ,DM000641877,DM000642036; DM000642017,DM000642008,DM000641880; DM000642025,DM000641905,DM000641889; DM000642061,DM000642027,DM000642059; DM000641891,DM000642031,DM000641890; DM000641882,DM000641899,DM000641900,; DM000642013,DM000641910,DM000642010; DM000642026,DM000641892,DM000641898; DM000642030,DM000642011,DM000642062,; DM000642056,DM000642049,DM000642058; DM000642039,DM000642012,DM000642019; DM000642044,DM000642028 ,DM000641897; DM000641907,DM000641895,,DM000641909; DM000642053,DM000642045,DM000642007; DM000641903,DM000642054,DM000642015,; DM000641876,DM000641886,DM000642153; DM000642500,DM000642532,DM000642137; DM000641967,DM000642148,DM000642488; DM000642161,DM000642146,DM000642175,; DM000641976,DM000642130,DM000642516; DM000642131,DM000642522,DM000642122; DM000642499,DM000641954,DM000641971; DM000642539,DM000641948,DM000642504; DM000642168,DM000642533,DM000642135; DM000642526,DM000641964,DM000642529; DM000642527,DM000641973,DM000642155; DM000642158,DM000642494,DM000642177; DM000642136, DM000641956,DM000642154; DM000642147,DM000642531,DM000641982
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]		
Model dispozitiv: Magic Touch PTA0,014” 90 cm de la CPTW14026- xxxx- CPTW14060 , 120 cm de la CPT14200040 - xxxx- CPT14400200, 150 cm de la CPTW14062 - xxxx- CPTW14096 toate din extras din catalog Magic Touch PTA0,018” 90 cm de la CPTW18099- xxxx- CPTW18154 , 120 cm de la CPT18200040 - xxxx- CPT18600200 150 cm de laCPTW18156 - xxxx- CPTW18211 ttoate din extras din catalog Magic Touch PTA0,035” 45cm de la CPTW35113 - xxx -CPTW35134 80cm de la CPTW35001 - xxx- CPTW35044 90cm de la CPTW35057 - xxx - CPTW35100 130cm CPTW35153 - xxx - CPTW35196 150 cm CPTW35209 - xxx - CPTW35252 ttoate din extras din catalog Specificația tehnică:		

Baloane de tip OTW, semi- compliant Substanta activa: Sirolimus în doza 1.27 µg/mm2 Compatibilitate ghid: 0,014” Lungime shaft 90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,018” Lungime shaft:90,120,150 cm Dimesiuni obligatorii Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm Compatibilitate ghid: 0,035” Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150 Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F			
33100000-1	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Switzerland,Biosensors	DM000357838,DM000357863,DM000357855; DM000357851, DM000357840 , DM000357835; DM000357827, DM000357846, DM000357847; DM000357830, DM000357852, DM000357828; DM000357829,DM000357834,DM000357833; DM000357854, DM000357845, DM000357857; DM000357839,DM000357837,DM000357858; DM000357832, DM000357831, DM000357850; DM000357849, DM000357842 ,DM000357859; DM000357843, DM000357841,DM000357862, DM000357836,; DM000357826 ,DM000357860; DM000357861, DM000357848, DM000357844; DM000357856, DM000357853
210	BioMatrix Alfa BMX6-2209 - xxxx - BMX6-4029(toate din brosură)		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. (pagina 3-4 ghid) Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pina la 36 mm.(pagina 1 brosură) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)			
33100000-1	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle	SUA,ARGON	DM000677469; DM000677472; DM000677470; DM000677467; DM000677468; DM000677471; DM000677473;
6	ATREIVE vascular shnare kit 38200610 38200615 38200620 38200630 38200645 381003004 381003008(pagina 3)		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz] Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare.(pagina 2) Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm.(pagina 3) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)			

33100000-1	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse		DM000187110, DM000187063; DM000187182, DM000187188, DM000187172; DM000187179, DM000187166, DM000187190; DM000187178, DM000187185, DM000187191; DM000187132 , DM000187175, DM000187145; DM000187189, DM000187170 , DM000187176; DM000187156 ,DM000187161,DM000187142; DM000187157 , DM000187136, DM000187130; DM000187187 , DM000187129, DM000187128; DM000187134 , DM000187150, DM000187152,; DM000187149, DM000187124 , DM000187155; DM000187121 , DM000187123 , DM000187144; DM000187159 , DM000187173, DM000187154; DM000187153 , DM000187127; DM000187177 , DM000187141 , DM000187163; DM000187140, DM000187151 , DM000187186; DM000187162 , DM000187137, DM000187180; DM000187143 , DM000187139 , DM000187171; DM000187183 , DM000187158 , DM000187164; DM000187165 , DM000187135, DM000187148,; DM000187122 , DM000187174 ,DM000187126; DM000187181 , DM000187184 ,DM000187160; DM000187169 , DM000187146, DM000187138; DM000187168, DM000187167; DM000187133, DM000187147, DM000187057 ,; DM000187085 , DM000187111; DM000187051, DM000187048 , DM000187078; DM000187086 , DM000187088; DM000187073, DM000187114 ,DM000187082; DM000187052, DM000187064 ,DM000187103; DM000187099 , DM000187092 ,DM000187107; DM000187060, DM000187074; DM000187053 DM000187083 ,DM000187094; , DM000187090, DM000187071; DM000187100 , DM000187096 ,DM000187055; DM000187079 , DM000187047 ,DM000187093; DM000187056 , DM000187059,; DM000187101, DM000187068 ,DM000187077; DM000187050, DM000187067,; DM000187081, DM000187108, DM000187084; DM000187095,DM000187046
26	Conform specificației tehnice	SUA,Boston Scientific	
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Model dispozitiv: Mustang™Cateter dilatator cu balon PTA 08714729793625 08714729793755 08714729793601 08714729794462 08714729794479 08714729793977, 08714729793335, 08714729794967,08714729793366, 08714729794127, 08714729794691, 08714729794509, 08714729793519, 08714729794981, 08714729794141,08714729795056, 08714729794295, 08714729794134, 08714729795230, 08714729793663, 08714729794080, 08714729794097, 08714729794684, 08714729794073, 08714729793557, 08714729794233, 08714729793533, 08714729795254, 08714729793847, 08714729794448, 08714729793526 ,08714729795001, 08714729794608, 08714729794752, 08714729794363, 08714729794431,08714729793465, 08714729793458, 08714729793670, 08714729793724, 08714729793823, 08714729794387, 08714729794523, 08714729794028, 08714729793571, 08714729793472, 08714729793373, 08714729794936, 08714729793540, 08714729794974, 08714729794998, 08714729793687, 08714729793380, 08714729794714, 08714729793793, 08714729793939, 08714729794516, 08714729794110, 08714729794769, 08714729794325, 08714729793618, 08714729794776, 08714729795223, 08714729793649, 08714729793694, 08714729794165, 08714729793878, 08714729793595, 08714729794417, 08714729795186, 08714729794059 , 08714729794288, 08714729794011, 08714729793717, 08714729794219, 08714729794035 08714729794301, 08714729793816 08714729795162 , 08714729795209, 08714729793830 ,08714729793748, 08714729793410, 08714729794653 ,08714729794677, 08714729793786, 08714729794257, 08714729793434, 08714729793403, 08714729793502 08714729794394 , 08714729794554, 08714729794943, 08714729793762, 08714729794738, 08714729794271, 08714729793861, 08714729794486, 08714729794332, 08714729793984, 08714729794561, 08714729794455, 08714729794615, 08714729793656, 08714729794578, 08714729793489, 08714729794240, 08714729794424, 08714729794547, 08714729794493,., 08714729794189, 08714729793779, 08714729793915, 08714729793700, 08714729793397, 08714729793328, 08714729794585 08714729794868 , 08714729793427, 08714729793885, 08714729794042, 08714729793342, 08714729794004, 08714729793960, 08714729793892, 08714729794707 08714729794264, 08714729794950, 08714729793359, 08714729794318, 08714729794158, 08714729793991, 08714729794851, 08714729794196, 08714729794530, 08714729793809, 08714729793496, 08714729793854, 08714729793946, 08714729794349, (extras din catalog)			
Specifiacația tehnică: Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm Lungimi balon: 20-200mm.(pagina 2 brosură) Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 7-10 atm, RPB 14- 20 atm			

Lungime utilizabila minim două lungimi: 75cm și 135cm; Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune; Ghiduri compatibile: 0.035			
33100000-1	Filtru vena cava convertibil	SUA,ARGON	DM000689717
39	Option® ELITE Retrievable Ven a Cava Filter 352506070E		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Filtru conic, material - cobalt chromium, non-feromagnetic, radio-opac, testat la 3Tesla. Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 30 mm. Dezactivare prin metoda percutană. Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular.			
33100000-1	Stent pentru artere carotide covered	Israil,INSPIRE MD	DM000378397, DM000378399,; DM000378391, DM000378404,; DM000378395, DM000378407,; DM000378406, DM000378403,; DM000378398, DM000378390,; DM000378388DM000378389,; DM000378400,DM000378405,; DM000378393, DM000378394,; DM000378402, DM000378396,; DM000378401, DM000378392;
73	Cguard Carotid Embolic Prevention System CRX0620, CRX0720, CRX0820, CRX0920, CRX1020, CRX0630, CRX0730, CRX0830, CRX0930, CRX1030, CRX0640, CRX0740, CRX0840, CRX0940, CRX104,0 CRX0660, CRX0860, CRX1060,		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Stenturi autoexpandabil pentru carotida. Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . (pagina 2) Fără de restenoză la 12 luni Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie antiemboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr (pentru toate marimile ale stentului). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii: Lungimea utila: 130 -140 cm. Diametre 6- 10 mm, conusoidal. Lungimi 20-60 mm. (pagina 1) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			
33100000-1	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil	Israil,Rapid Medical	DM000324155, DM000324151, DM000324152,; DM000324153, DM000324156
103	Tigertriever TRPP3133,TRPP3155, TRPP3166,TRPP3144, TRPP3122		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe shaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control. Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Shaft din PTFE/Grilamid Compatibilitatea cu: 0.013”, 0.017”, 0.021” ID microcatheter Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime disponibil: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm Lungimea cateterului este 200cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).			
33100000-1	Catetere diagnostic angiografie	SUA, Cordis	DM000617257, DM000617252, DM000617304,; DM000617305, DM000617357, DM000617359,; DM000617353, DM000617255, DM000617311, DM000617253,; DM000617259, DM000617355, DM000617361,; DM000617261, DM000617262, DM000617260,; DM000617258, DM000617312, DM000617365,; DM000617254, DM000617362, DM000617360,; DM000617358, DM000617251, DM000617306,; DM000617314, DM000617256, DM000617356,; DM000617363, DM000617364, DM000617323,; DM000617272, DM000617374, DM000617324,; DM000617273, DM000617375, DM000617325,; DM000617274, DM000617376, DM000617326,; DM000617275, DM000617377, DM000617318, DM000617268

112	Conform specificației tehnice:	SCA, Cordis	DM000017273, DM000017377, DM000017319, DM000017208, DM000617370, DM000617321,; DM000617270, DM000617372, DM000617337, ; DM000617385, DM000617287, DM000617336,; DM000617384, DM000617286, DM000617383,; DM000617283, DM000617335, DM000617381,; DM000617278, DM000617277, DM000617334,; DM000617379, DM000617329, DM000617328,; DM000617280, DM000617330, DM000617331,; DM000617279, DM000617333, DM000617380,; DM000617332, DM000617282, DM000617284,; DM000617368, DM000617369, DM000617378,; DM000617320, DM000617266, DM000617271,; DM000617269, DM000617322, DM000617371
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Model dispozitiv: INFINITI® Diagnostic Catheter (PAGINA 26-32 CATALOG) JL 3,5-6: 538418, 534518T, 534618T,538420, 534520T, 534620T,538417, 534517T, 534617T,538422, 534522T, 534622T, 538424, 534524T, 534624T, JR 3,5-6: 538419, 534519T, 534619T, 538421, 534521T, 534621T, 534516T, 538428, 534528T,534628T, 538427, 534527T, 534627T, 538423, 534523T, 534623T, 534629T,538425, 534525T, 534625T, AL 1-4 : 538445, 534545T, 534645T, 538446, 534546T, 534646T,538447, 534547T, 534647T, AR 1-3:538448, 534548T, 534648T,538441, 534541T, 534641T,538443, 534543T, 534643T, Left coronary bypass:538472, 534572T, 534672T, Right coronary bypass:538470, 534570T, 534670T, IM:538460, 534560T, 534660T, Pigtail drept, 145°, 155°: 538451V,538450S*, 534550S, 534650S,538450E*, 534550E, 534650E,538457V, 534552S, 534652S, 538453S*, 534553S, 534653S,538455S*, 538459V,534555S*, Sones: 534562T, 534-635T, 534-637T MP:538442,538444, 534542T, 534642T, 534544T, 534539T, 534649T Specificația tehnică: Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Virf atraumatic radioopac. Material neylon (pagina 18)pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și împingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici. Compatibilitate cu ghid: 0,038". Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm (PAGINA 26-32 CATALOG) cu diameter de 4, 5, 6F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)			

33100000-1	Cateter ghid pentru coronare		DM000618383, DM000618398, DM000618385,; DM000618586, DM000618587, DM000618504,; DM000618500, DM000618412, DM000618392,; DM000618503, DM000618413, DM000618403,; DM000618405, DM000618406, DM000618406,; DM000618706, DM000618404, DM000618693,; DM000618585, DM000618584, DM000618502,; DM000618616,DM000618695DM000618754,; DM000618390, DM000618399, DM000618391,; DM000618388, DM000618384, DM000618397,; DM000618694, :DM000618534, DM000618535,; DM000618532, DM000618423, DM000618619,; DM000618615, DM000618625, DM000618421,; DM000618531, DM000618692, DM000618499,; DM000618638, DM000618419, DM000618417,; DM000618583, DM000618533, DM000618710,; DM000618541, DM000618538, DM000618540,; DM000618501, DM000618539, DM000618528,; DM000618614, DM000618427, DM000618425,; DM000618529, DM000618530, DM000618694,; DM000618698, DM000618537, DM000618428,; DM000618422, DM000618536, DM000618613,; DM000618624, DM000618416, DM000618639,; DM000618424, DM000618418, DM000618707,; DM000618527, DM000618699, DM000618640,; DM000618641, DM000618415, DM000618420,; DM000618733, DM000618476, DM000618577,; DM000618575, DM000618758, DM000618578,; DM000618474, DM000618622, DM000618471,; DM000618667, DM000618620, DM000618470,; DM000618472, DM000618691, DM000618473,; DM000618571, DM000618569, DM000618576,; DM000618467, DM000618623, DM000618642,; DM000618574, DM000618468, DM000618643,; DM000618570, DM000618475, DM000618711, DM000618469, DM000618572, DM000618573,; DM000618714, DM000618442, DM000618556,; DM000618621, DM000618701, DM000618443,; DM000618447, DM000618444, DM000618446,; DM000618449, DM000618450, DM000618451,; DM000618452, DM000618557, DM000618558,; DM000618559, DM000618560, DM000618561,; DM000618562, DM000618563, DM000618646,; DM000618649, DM000618652, DM000618656,; DM000618657, DM000618658, DM000618745,; DM000618432, DM000618433, DM000618434,; DM000618441, DM000618435, DM000618436,; DM000618437, DM000618439, DM000618440,; DM000618543, DM000618542, DM000618544,; DM000618553, DM000618545, DM000618554,; DM000618546, DM000618549, DM000618548,; DM000618547, DM000618555, DM000618550,; DM000618551, DM000618552, DM000618653,; DM000618630, DM000618673, DM000618644,; DM000618634, DM000618645, DM000618631,; DM000618635, DM000618636, DM000618654,; DM000618744, DM000618738, DM000618739,; DM000618479, DM000618481, DM000618482,; DM000618483, DM000618582, DM000618579,; DM000618702, DM000618581, DM000618580,; DM000618632, DM000618626, DM000618633,; DM000618627, DM000618515, DM000618514,; DM000618514, DM000618518, DM000618602,; DM000618509, DM000618591, DM000618618,; DM000618600, DM000618718, DM000618600,; DM000618689, DM000618629, DM000618655,; DM000618669, DM000618683, DM000618588,; DM000618505, DM000618617, DM000618590,; DM000618508;
115	Conform specificației tehnice:	SUA, Cordis	
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Model dispozitiv:			

VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP® Guiding Catheters JL 67000000, 77800000, 588812, 77800100, 55600200,67000200, 77800200, 588851, 5560020L,67001200, 77801200, 67000300, 77800300588832,67000490,77800490, 55600400 ,67000400, 77800400 ,588823, 5560040L, 6700040L,67001400,, 77801400,, 67000500, 77800500, 588834, 77801500, 67000600, 77800600, 588852, 67001600, 77800700, 588810, 55600800, 67000800, 77800800, 588853, 588853, 5560080L, 77800900, 588800, 67001000, 77801000, 588854, SM7338, SM7435, SM7329, SM7361 JR 55608000, 67008000, 77808000, 588855, 5560800L, 67008100, 77808100, 588828, 67008290, 77808290, 588830T, 55608200, 67008200, 77808200, 588830, 5560280L, 6700820L,SM7426, 67009000, 77809000, 67008300, 77808300,588831, 77808390,,588831T , SM7739, SM7436, 77809200, 67008400, 77808400, 588- 856, SM7330, 77808500, Extra back-up SM7465, SM7328, 6700520, 77805200, 588829, SM7395, 67005300, 77805300, 588875, 67005490, SM7721, 55605400,, 67005400, 77805400, 588882,, 5560540L, 6700540L, 6700540L, 67005500, 77805500, 588885, 55905600, 67005600, 77805600, SM7603, 67003800, ,77803800, 77803900, 588878, 77804090, 588844T, 55604000, 67004000, 77804000, 588844, 5560400L, 6700400L, 77804800, 67004100, 77804100, 588848, 67004200, 77804200, 588849,77804300, 588891 .

Amplatz Right 67011000, 77811000, 588845, ,SM7333, 6701100L, 77811100, 588836, 55611200, 67011200, 77811200, 588846, 5561120L, 6701120L, 67011300, 77811300, 588837, SM7398 MP 5562700L, 6702700L, 67027000, 77827000, 588842, SM7462, 67027100, 77827100, 588892, SM7477, SM7206, 598942, 77827055, 588840P, SM7394,67027200, 67027200

Internal Mammary 67019090, 77819090 588801, 67019000, 77819000, 588817, 5561900L, 67019100, 77819100,588820, 77819190, 67019200

Bypass: Left 67018000, 77818000,58815,67018090, 77818090, 67018100, 77818100

Bypass: Right 67018200, 77818200, 588816, 67018290, G780RCBH, 67018300 77818300

Specificația tehnică:

Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast.

Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic.(pagina 9 broșura)

Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune.

Forme: JL 3-6; JR3,5-5;

Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3,

AR1-3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right.

Sa fie prevazut si cu gauri laterale.

Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

Dimesiuni obligatorii

Diametre interne: 5 Fr - 0,056” ; 6 Fr - 0,070”; 7 Fr- 0,078- 0.080”; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098”

Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm ((pagina 59-71 catalogului)

(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

33100000-1	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale		
121	ASAHI Gaia series (First,Second, Third) AHW14R007P, AHW14R307P, AHW14R008P, AHW14R308P, AHW14R011P, AHW14R311P, (pagina 16 catalog)	Japonia,Asahi	DM000462700, DM000462702, DM000462704,; DM000462706, DM000462708, DM000462710

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Construcția din oțel inoxidabil a miezului conferă control și rezistență la răsucire cu control 1:1, vârf conic.

Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful.

Radioopacitate: 15 cm varf drept sau in J. Cu unghi de 45" de la vârful de 1 mm. Utilizate în ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd.

Incarcatura vârfului de la 1,5 pînă la 5 gr.(pagina 11 catalog)Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)Dimesiuni obligatorii

Lungime obligatorie 190, 300 cm (pagina 16catalog)

Diametru de la obligatorii 0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),

33100000-1	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale		
122	ASAHI Filder XT-R(pagina 18 catalog) APW14R005S, APW14R305S, Filder XT-A (pagina 16 catalog) APW14R009S, APW14R309S	Japonia,Asahi	DM000462695, DM000462696,; DM000462697, DM000462698,

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Construcția din oțel inoxidabil a miezului conferă control și rezistență la răsucire, vârf conic

Radioopacitate: 16 cm varf drept sau in J.

Acoperire hidrofilică distală 15- 20 cm,

Utilizate în ocluzii cronice subtotale pentru abord anterograd cât și retrograd.

Incarcatura vârfului de la 0,5 pînă la 1 gr.(pagina 11 si 13 catalog)

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

Dimesiuni obligatorii

Lungime 190, 300 cm Diametru de 0,009” - 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

33100000-1	Micro-ghid cateter coronarian		
		Japonia,Asahi	DM000462698, DM000462699

125	ASAHI Corsair® Pro CSR135-26P CSR150-26P (pagina 28 catalog)	Japonia,Asahi	DM000462694, DM000462697
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Compatibil ghid de 0,014”, Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), Construcție shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. Protector în spirală proximal. Vârf radiopac și vizibilitate sporită. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii lungimi obligatorie de 135 si 150 cm (shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). (pagina 26 catalog) suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),.			
33100000-1	Microcateter dublu lumen	Japonia,Asahi	DM000462694
126	ASAHI SASUKE SA145-33N (pagina 1 BROSURA)		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire hidrofilica partea distal 38 cm ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic. Rigiditatea shaft-ul asigurata prin impletire de otel inoxidabil. Diametrul proximal exterior < 3,2 F. Markeri radioopac: 4.0 mm marker de la virf. Orificiul de iesire a ghidului OTW la <7 mm de la virf. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi disponibile: 145cm. Diametru distal exterior < 3,5F/2,5F. Diametrul proximal exterior virf 1,5Fr (pagina 1 brosură)			
33100000-1	Baloane PTCA noncompliant	SUA,Boston Scientific	DM00046280 , DM000462787, DM000462770; DM000462804, DM000462808, DM000462764,; DM000462809, DM000462778, DM000462783; DM000462768, DM000462822, DM000462761; DM000462769, DM000462820, DM000462779; DM000462821, DM000462760, DM000462816; DM000462817, DM000462777, DM000462774; DM000462772, DM000462800, DM000462800; DM000462810, DM000462797, DM000462795; DM000462814, DM000462790, DM000462765; DM000462819, DM000462775, DM000462786; DM000462792, DM000462785, DM000462789; DM000462784, DM000462803, DM000462815; DM000462767, DM000462781, DM000462793; DM000462763, DM000462823, DM000462805; DM000462818, DM000462812, DM000462796; DM000462813, DM000462762, DM000462802; DM000462766, DM000462811, DM000462771; DM000462799, DM000462776, DM000462780; DM000462798, DM000462773, DM000462782; DM000462807, DM000462788, DM000462794; DM000462791
128	Conform specificației tehnice:		
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]			
Model dispozitiv: NC Quantum Apex™ Monorail H7493912406200, H7493912408200, H7493912412200, H7493912415200, H7493912420200, H7493912430200, H7493912406220, H7493912408220, H7493912412220, H7493912415220, H7493912420220, H7493912430220, H7493912406250, H7493912408250, H7493912412250, H7493912415250, H7493912420250, H7493912430250, H7493912406270, H7493912408270, H7493912412270, H7493912415270, H7493912420270, H7493912430270, H7493912406300, H7493912408300, H7493912412300, H7493912415300, H7493912420300,H7493912430300, H7493912406320, H7493912408320, H7493912412320, H7493912415320, H7493912420320, H7493912430320, H7493912406350, H749391240835, H7493912412350, H7493912415350, H7493912420350, H7493912430350, H7493912406370, H7493912408370, H7493912412370, H7493912415370, H7493912420370, H7493912430370, H7493912406400, H7493912408400, H7493912412400, H7493912415400, H7493912420400, H7493912430400, H7493912406450, H7493912408450, H7493912412450, H7493912415450, H7493912420450, H7493912406500, H7493912408500, H7493912412500, H7493912415500, H7493912420500			
Specificația tehnică:			

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

Baloane PTCA RX noncompliance.

Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm).

Markeri radiopaci din platina iridium: 2.

Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 18 – 20atm în funcție de diametrul balonului.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

Dimesiuni obligatorii

Lungime shaft : 142 cm

Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm

Lungimi balon: de la 6 mm la 30 mm

(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),

Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr .

Distal:- pina la 2.7 Fr.

33100000-1	Baloane noncompliance pentru dilatare leziuni calcificate	SUA,Boston Scientific	DM000221817, DM000221834, DM000221808,; DM000221819, DM000221810, DM000221822,; DM000221776, DM000221780, DM000221807,; DM000221778, DM000221789, DM000221836,; DM000221814, DM000221785, DM000221838,; DM000221830, DM000221809, DM000221818,; DM000221795, DM000221812, DM000221769,; DM000221803, DM000221799, DM000221837,; DM000221787, DM000221797, DM000221815,; DM000221823, DM000221805, DM000221828,; DM000221798, DM000221802, DM000221768,; DM000221826, DM000221781, DM000221824,; DM000221811, DM000221831, DM000221774,; DM000221821, DM000221820, DM000221784,; DM000221770, DM000221794, DM000221790,; DM000221775, DM000221783, DM000221777,; DM000221793, DM000221813, DM000221829,; DM000221773, DM000221806, DM000221771,; DM000221792, DM000221804, DM000221832,; DM000221839, DM000221835, DM000221786,; DM000221788, DM000221772, DM000221779,; DM000221827, DM000221825, DM000221833,; DM000221816, DM000221782, DM000221801,; DM000221791, DM000221800, DM000221796,
130	Conform specificației tehnice:		

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant / Termenele de garanție [valabilitate, după caz]

Model dispozitiv:

Emerge NC H7493927606200, H7493927608200, H7493927612200, H7493927615200, H7493927620200, H7493927630200, H7493927606220, H7493927608220, H7493927612220, H7493927615220,,H7493927620220, H7493927630220, H7493927606250, H7493927608250 ,H7493927612250, H7493927615250, H7493927620250,H7493927630250, H7493927606270, H7493927608270, H7493927612270, H7493927615270, H7493927620270, H7493927630270, H7493927606300, H7493927608300, H7493927612300, H7493927615300, H7493927620300, H7493927630300, H7493927606320, H7493927608320, H7493927612320, H7493927615320, H7493927620320, H7493927630320, H7493927606350, H7493927608350, H7493927612350,, H7493927615350, H7493927620350, H7493927630350, H7493927606370, H7493927608370, H7493927612370, H7493927615370, H7493927620370, H7493927630370, H7493927606400, H7493927608400, H7493927612400, H7493927615400, H7493927620400, H7493927630400, H7493927606450, H7493927608450, H7493927612450, H7493927615450, H7493927620450, H7493927606500, H7493927608500, H7493927612500, H7493927615500, H7493927620500, H7493927608550, H7493927612550, H7493927615550,H7493927620550, H7493927608600

Specificația tehnică:

Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe

Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017”)

Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch.

2 markeri incorporati din platinum iridium.

Compatibil cu cateter ghid de 6 F Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

Dimesiuni obligatorii

Sistem cu lungime utilizabila 142 cm;

Diametrul balonului 2,0-6,0 mm;

Lungimea balonului 6-30 mm

(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;

Vînzătorul:

Tribestar Farm SRL

L.Ş.

Beneficiarul:

IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

L.Ş.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ş.